

Naše zn.: 2024/ 102846 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 25.10. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Turniket pro COS I

P24V00000811

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technické specifikaci nastavitelný tlak v manžetě v rozsahu 0-450 mmHg. Bude zadavatel akceptovat rozsah nastavitelného tlaku v manžetě 80-500 mmHg?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i variantu s rozsahem nastavitelného tlaku v manžetě 80-500 mmHg, za předpokladu splnění všech ostatních bodů technické specifikace.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784