

Naše zn.: 2024/103305/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 29. 10. 2024

VZMR Operační světla, E-ZAK ev.č. P24V00000771**Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace****Dotaz č. 1:**

V návaznosti na prohlídku místa plnění a zveřejněné upřesnění č. 2 tímto žádáme o umožnění řádného přístupu do místa plnění, konkrétně s odkrytým prostorem stropu, abychom mohli provést důkladnou inspekci prostupu laminárním polem a stávajícího ukotvení. Je nezbytné zajistit dostatečný prostor pro realizaci potřebných měření a analýz.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel umožní využít stávající ocelový mezikus k montáži světla. Přístup k ocelovému mezikusu k výměně světla bude umožněn až při vlastní instalaci svítidla, a to vzhledem k náročnosti demontáže stropního podhledu. Po odkrytí stropního podhledu zhotovitel posoudí kvalitu kotvení ocelového mezikusu, v případě nedostatečného kotvení provede zhotovitel odpovídající úpravu.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848