

Naše zn.: 2024/103547/FNBBrno - 15.2.1– Že
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. 10. 2024

Odpověď na dotaz k VZMR – Lůžko pro bariatrické pacienty do 300 kg
P24V00000807

Dotaz č. 1:

Max. rozměr lůžka. Bude zadavatel akceptovat šířku 102cm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, budeme akceptovat.

Dotaz č. 2:

SWL min. 270 kg. Bude zadavatel akceptovat 260kg, která je dostačující v závislosti na požadovaný rozměr lůžka?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, budeme akceptovat.

Dotaz č. 3:

Nožní ovladače. Jedná se o specifikaci ovládání brzd?

Odpověď na dotaz č. 3:

Nejedná se o ovládání brzd, ale o nožní ovladače určeny k nastavení poloh, min. nastavení výšky lůžka (posun nahoru/dolů).

Dotaz č. 4:

Termín dodání zadavatel požaduje 6.týdnů. Vzhledem, že se blíží konec roku a výrobní kapacity jsou plně navýšeny, bude zadavatel akceptovat termín dodání 12.týdnů?

Odpověď na dotaz č. 4:

Ano, akceptujeme.

Dále zadavatel mění termín pro podání nabídek do 8. 11. 2024 do 11:00 hod.

Naše zn.: 2024/103547/FNBBrno - 15.2.1– Že

Dodavatel je oprávněn si dokumenty upravit dle výše zmíněných odpovědí.

S pozdravem

V z. Ing. Pavlína Ondráčková

Adéla Žemličková
Referent obchodního oddělení
FN Brno
Tel. 532 232 127