

Naše zn.: 2024/ 103961 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 31.10. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Turniket pro COS I

P24V00000811

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje manžety s integrovanou silikonovou vložkou. Bude zadavatel akceptovat nabídku manžety bez integrované silikonové vložky s možností textilního návleku na manžetu z důvodu zachování hygienického standardu?

Odpověď č. 1:

Zadavatel **nebude akceptovat** manžetu bez integrované silikonové vložky s možností textilního návleku z důvodu hygienického standardu a trvá na původní specifikaci.

Dotaz č. 2.:

Zadavatel požaduje jednokomorovou kónickou manžetu ve velikosti 46x12cm. Bude zadavatel akceptovat velikost nabízené kónické manžety 46x10cm?

Odpověď č. 2

Zadavatel **bude akceptovat** i nabízenou kónickou manžetu o rozměrech 46 x 10 cm za předpokladu splnění všech dalších technických parametrů plynoucích z technické specifikace.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784

Naše zn.: 2024/ 103961 /FNBRNO - 15.2.1– Eg