

Naše zn.: 2024/ 104822 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 1. 11. 2024

Odpověď na dotazy k VZMR – Vyšetřovací světlo pro GPK

P24V00000810

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat světlo bez možnosti fokusace?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na požadavku fokusovatelného světla.**Dotaz č. 2:**

Standardně dodáváme napříč různými odděleními mobilní operační lampy s příkonem 50 W. Bude prosím Zadavatel akceptovat nabídku mobilní operační lampy s příkonem 50W?

Odpověď č. 2:

Zadavatel neakceptuje příkon 50 W.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784