

Naše zn.: 2024/106032/FNBrno – Lu/Ru

V Brně dne 6. listopadu 2024

**VZMR – Monitory pro KDCHOT**  
E-ZAK sys. č. P2400000825

### **Odpověď na žádost o vysvětlení dokumentace**

**Dotaz č. 1:**

*Dobrý den,*

*prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace dle následujícího dotazu:*

*Zadavatel v technické specifikaci „monitor vitálních funkcí – kompaktní – 6 ks“ požaduje Zobrazení min. 10 křivek současně zobrazených na jednom displeji“ (buňka B17).*

*Z přehledu požadovaných měřených parametrů vyplývá, že plně dostačuje kapacita 6 křivek současně zobrazených najednom displeji:*

- SpO2 – ne technologie Masimo ... /1. křivka/*
- NIBP (auto i manuální režim, možnost nastavení periody spouštění měření) ... /číselná hodnota/*
- EKG – 3 – svodý systém ... /2. křivka/*
- 2x IBP ... /3. a 4. křivka/- Respirace ... /5. křivka/*
- Teplota ... /číselná hodnota/- do budoucna možnost rozšíření o měření PiCCO ... /číselná hodnota/*

*Umožní zadavatel nabídnout monitor vitálních funkcí s počtem křivek zobrazených na jednom displeji adekvátním k požadovaným měřeným parametrům?*

*Děkujeme.*

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel návrh akceptuje.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková  
obchodní oddělení FN Brno