

Naše zn.: 2024/107198/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 8. listopadu 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Monitor hloubky vědomí II ev.č. P24V00000833**Dotaz č. 1:**

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 2 - Kupní smlouva vyplývá, že smlouva v čl. VIII. Obsahuje pouze sankce pro Dodavatele, aby byly smluvní podmínky vyvážené, mohl by Zadavatel zvážit vyspecifikovat i sankce pro Kupujícího v případě, že Kupující nezaplatí za Zboží ve stanovené lhůtě ve výši 0,2 % z kupní ceny za každý den v prodlení? Navrhujeme např. takovou to formulaci:

VIII.9 Ocitne-li se Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny za řádně dodané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení.

Odpověď č. 1:

Zadavatel v Příloze č. 2 - Kupní smlouva v čl. VIII. odst. VIII.8 uvádí:

„Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.“

Dotaz č. 2:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 - Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje dodat 2 balení senzorů pro dospělé pacienty a 2 balení senzorů pro dětské pacienty. Může zadavatel upřesnit požadavek na očekávaný počet kusů spotřebního materiálu (senzorů) v jednom balení, aby nedošlo k chybné interpretaci počtu kusů následně dodaných uchazečem, zda jde např. o 50 nebo 100 kusů senzorů v balení?

Odpověď č. 2:

Očekávaný počet kusů v jednom balení je 50 ks. Očekáváme dvě balení od každého typu senzoru, tedy 100 ks senzorů pro dospělé pacienty a 100 ks senzorů pro dětské pacienty.

Dotaz č. 3:

Ze zadávací dokumentace, konkrétně z Přílohy č. 1 - Technická specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje dodat spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje. Může zadavatel upřesnit požadavek na spotřební materiál?

Odpověď č. 3:

Zadavatel požaduje spotřební materiál, díky kterému bude moci ověřit funkčnost přístroje a možnost měřit požadované parametry.

Oba požadované parametry (hloubku anestezie a odpověď na nocicepci) musí být měřitelné jednou elektrodou.

Zadavateli stačí 1 ks spotřebního materiálu pro ověření funkčnosti.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674

Vz. Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784