

Naše zn.: 2024/119834/FNBRNO - 15.2.1 – Lu/Mo

Vaše zn.: -

V Brně dne 13. prosince 2024

Odpověď na dotazy k VZMR - Přístroj pro ohřev a rozmražení transfuzních přípravků ev.č. P24V00000874**Dotaz č. 1:**

V technické specifikaci uvádíte současný ohřev min. 4 transfuzních přípravků, trvá dodavatel na uvedeném počtu? Můžeme nabídnout ohřev 3 TP najednou nebo variantu 6 TP najednou, kdy ovšem dochází k delší době ohřevu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel připouští nabídku přístroje se současným ohřevem min. 3 TP najednou. Variantu 6 TP zadavatel nepřipouští.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění dle bodu 9. na profilu zadavatele původní termín pro podání nabídky na 23. 12. 2024 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674