

Naše zn.: 2024/121561/FNBrno - 14.7 – DrR/Hd
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 12. 2024

Veřejná zakázka Ultrazvukový přístroj pro NK

Vážení,

zadavatel obdržel dne 16. 12. 2024 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

„Vážení,
jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku si Vám dovoluujeme zaslat dotazy k zadávacím podmínkám zakázky.

V zadávací dokumentaci v části „Příloha č.1 **Technická specifikace**“ zadavatel mimo jiné požaduje:

- pomocný dotykový monitor o velikosti min. 12“ pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulací

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s pomocným dotykovým monitorem o velikosti 10“?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v tomto bodě trvá na původním znění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2:

„- hmotnost systému max. 85 kg

Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s hmotností 91 kg?“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat Vámi navržené řešení a upravuje technickou specifikaci v tomto bodě následovně:

- hmotnost systému max. 91 kg

Dotaz č. 3:

„- širokopásmová sektorová sonda pro TCD vyšetření, frekvenční rozsah min. 1 - 5 MHz, technologie single crystal/mono crystal, min počet elementů 80,

Bude zadavatel akceptovat nabídku sestavy přístroje se sektorovou sondou o rozsahu 2 – 5 MHz?
Jedná o zanedbatelnou odchylku, která neovlivní medicínský účel přístroje.“

Vyřizuje: Mgr. Michaela Hudcová, právník OPV, tel. 532 233 620, hudcova.michaela@fnbrno.cz

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel v tomto bodě trvá na původním znění zadávací dokumentace z důvodu využití sondy k transkraniálnímu vyšetření (TCCS) a požadavku na vynikající penetraci.

Dotaz č. 4:

„ - širokopásmová lineární cévní sonda, min. frekvenční rozsah 3 -12 MHz, min počet elementů 160

Bude zadavatel akceptovat nabídku sestavy přístroje s lineární sondou o rozsahu 3 – 11 MHz nebo 4 – 12 MHz? V obou případech se jedná o zanedbatelnou odchylku, která neovlivní medicínský účel přístroje.“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel v tomto bodě trvá na původním znění zadávací dokumentace z důvodu vyšetření extrakraniálních cév, kdy Zadavatel požaduje min. frekvenční rozsah lineární sondy 3-12 MHz.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podávání nabídek o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno