

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka: Přístroj na přípravu dávek PET-radiofarmak

dle § 217 odst. 2 písm. a)

Identifikační údaje zadavatele:	Název: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Ivo Rovný, MBA IČO: 65269705
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem zadávacího řízení je generální oprava (renovace) automatického dávkovacího systému KARL100 výr. č. 10885 od výrobce TEMA Sinergie a to na základě smlouvy o provedení opravy. Součástí veřejné zakázky je následné poskytování servisních služeb na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	Cena sjednaná Smlouvou o provedení opravy – 2 405 240 Kč Cena sjednaná Servisní smlouvou – 12 500 Kč/měsíc

dle § 217 odst. 2 písm. b)

Zvolený způsob zadávacího řízení	Jednací řízení bez uveřejnění
----------------------------------	-------------------------------

dle § 217 odst. 2 písm. c)

Účastník č. 1

Účastník	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Sídlo	Šultysova 37, 169 00 Praha 6
IČO:	44850867
Nabídková cena:	3 005 240 Kč bez DPH

dle § 217 odst. 2 písm. d)

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník zadávacího řízení.

dle § 217 odst. 2 písm. e)

Účastník	CANBERRA-PACKARD, s.r.o.
Sídlo	Šultysova 37, 169 00 Praha 6
IČO:	44850867
DIČ:	CZ44850867
Důvod výběru	Účastník zadávacího řízení splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky.

dle § 217 odst. 2 písm. f)

Poddodavatelé nejsou zadavateli známi.

dle § 217 odst. 2 písm. h)

Zadavatel použil jednací řízení bez uveřejnění, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Vzhledem k jedinečnosti systému, pro který budou požadované služby poskytovány, není plnění jiným dodavatelem možné.

dle § 217 odst. 2 písm. m)

Předmět veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek.

Zpráva zpracována dne:	20. 12. 2024
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Ivo Rovný, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	