

Naše zn.: 2025/ 4069/ FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 1. 2025

Veřejná zakázka Elektricky polohovatelné lůžko + příslušenství

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. a 13. 1. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Prosím o sdělení, zda můžeme nabídnout lůžka s bezpečným provozním zatížením 270 kg a výškou ložné plochy 40-85 cm?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v technické specifikaci. Požadované bezpečné provozní zatížení je nezbytné z důvodu přibývajících pacientů s obezitou. Výškový rozsah polohování 27–75 cm je požadován s ohledem na použití lůžek na rehabilitačním oddělení z důvodu zabezpečení maximálního komfortu vzhledem na individuální pohybová omezení pacientů, a také bezpečnosti pacientů, především u pacientů nižšího vzrůstu, prevence rizika pádu/úrazu.

Dotaz č. 2:

Žádáme vás o dodatečné informace k technické specifikaci lůžek:

Vnější rozměr max.100 cm – bude zadavatel akceptovat šířku 102 cm?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat šířku lůžka 102 cm. Zadavatel tímto mění technickou specifikaci v tomto bodě na „vnější rozměry max. 102 x 220 cm“. Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace je upravená technická specifikace.

Dotaz č. 3:

Bezpečné pracovní zatížení min.300 kg – bude zadavatel akceptovat SWL 260 kg, která je dostačující v závislosti na šířce ložné plochy?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v technické specifikaci. Požadované bezpečné provozní zatížení je nezbytné z důvodu přibývajících pacientů s obezitou.

Dotaz č. 4:

Ložná plocha výškově stavitelná v rozsahu 27-75 cm – bude zadavatel akceptovat rozsah nastavení 39-88 cm?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na svých požadavcích uvedených v technické specifikaci. Výškový rozsah polohování 27–75 cm je požadován s ohledem na použití lůžek na rehabilitačním oddělení z důvodu zabezpečení maximálního komfortu vzhledem na individuální pohybová omezení pacientů, a také bezpečnosti pacientů, především u pacientů nižšího vzrůstu, prevence rizika pádu/úrazu.

Na základě shora uvedené změny technické specifikace zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní dobu.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno