

V Brně dne 23. 1. 2025

Naše zn.: 2025/7185/FNBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Kostní denzitometr

Vážení,

zadavatel obdržel dne 20. 1. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Kostní denzitometr, ke kterým sděluje následující:

Dobrý den,

zadavatel požaduje v Příloze č. 1 - Technická specifikace Délka přístroje max. 270 cm, šířka max. 115 cm. Můžeme nabídnout 279 (délka) x 107 (šířka). **Prosím o úpravu technického parametru**, který nebrání žádnému medicínskému problému řešení hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Rozměr měřené plochy min. 195 x 60 cm. Můžeme nabídnout 202 cm x 58 cm. **Prosím o úpravu technického parametru**, který nebrání žádnému medicínskému problému řešení hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Žádáme Vás touto cestou o technický výkres místa instalace, dále Vás žádáme o umožnění osobní prohlídky místa instalace z důvodu prověření demontáže stávajícího kostního denzitometru a dodávky PVC podlahy.

Náš systém XXX má za 16 měsíců v ČR 17. instalací. Všechny pracoviště jsou maximálně spokojeni. Naše společnost výrazně přispěla k rychlejšímu pokrytí DXA přístrojů v České republice a výrazné ušetření veřejných financí.

Odpověď č. 1

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace a to z důvodu prostorového uložení přístroje v místnosti a splnění legislativních požadavků provozu.

Odpověď č. 2

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace, a to z důvodu habitu pacientů.

Odpověď č. 3

Zadavatel nedisponuje technickým výkresem místa instalace. Nově je však do zadávací dokumentace přiložena Příloha č. 9 – Orientační půdorysné schéma 1. NP objektu N, kde je vyznačena dotčená místnost (místnost č. B.N.1.113).

Zadavatel zároveň připouští prohlídku místa plnění. Nově je do zadávací dokumentace doplněn čl. XIV. Prohlídka místa plnění.

Prohlídka místa plnění se uskuteční **dne 4. 2. 2025 v 10:00 hodin**. Sraz účastníků bude před pavilonem N, Pracoviště Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel