

V Brně dne 28.1. 2025

Naše zn.: 2025/8524/FNBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Kostní denzitometr

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23. 1. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Kostní denzitometr, ke kterým sděluje následující:

Vážená paní inženýrko,
dovolujeme si zaslat dotazy k veřejné zakázce „Dodávka 1 ks kostního denzitometru“.

1. V zadávací dokumentaci, „příloha č. 1 Technická specifikace“, zadavatel požaduje:

- „Operační systém ovládací a vyhodnocovací stanice dle požadavku CI FN Brno: Windows 11 Pro 64 bit

Dotaz č. 1

Bude zadavatel akceptovat přístroj s operačním systémem Windows 10 pro ovládací a vyhodnocovací stanici? Jedná se o LTSC (long term servicing channel) verzi software, kde je zajištěn pravidelný dlouhodobý bezpečnostní update. Výrobce námi nabízeného přístroje jinou alternativu neumožňuje.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat přístroj s operačním systémem Windows 10.

Nově požadavek vztahující se k operačnímu systému zní:

- *Operační systém ovládací a vyhodnocovací stanice dle požadavku CI FN Brno: Windows 11 Pro 64 bit nebo Windows 10*

2. V zadávací dokumentaci, „příloha č. 1 Technická specifikace“, zadavatel požaduje:

- dodávka PVC podlahy, elektrostaticky vodivé, mechanicky odolné, třídy zátěže 43, jednobarevné, silnovrstvé, tl.10 mm včetně fabionů, souvisejících stavebních úprav, instalace podlahoviny a zapojení do místnosti o ploše 16,65 m2, a to v případě, že výrobce přístroje vyžaduje jeho umístění na elektrostaticky vodivou („antistatickou“) podlahu (či podložku)

Dotaz č. 2

Domníváme se, že v uvedeném dotazu došlo k překlepu, kdy zadavatel požaduje antistatickou podlahu tloušťky 10 mm, avšak standardní tloušťka antistatické podlahy je od 1 mm. Bude zadavatel akceptovat dodávku antistatické podlahy při dodržení všech požadavků o tloušťce min. 1 mm?

Děkuji za odpovědi

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel na základě dotazu mění požadavky týkající se tloušťky podlahy.

Nově požadavek na tloušťku podlahy zní:

- *dodávka PVC podlahy, elektrostaticky vodivé, mechanicky odolné, třídy zátěže 43, jednobarevné, silnovrstvé, tl. min. 2 mm včetně fabionů, souvisejících stavebních úprav, instalace podlahoviny a zapojení do místnosti o ploše 16,65 m², a to v případě, že výrobce přístroje vyžaduje jeho umístění na elektrostaticky vodivou („antistatickou“) podlahu (či podložku)*

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a související technická specifikace, dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel