

V Brně dne 30. 1. 2025

Naše zn.: 2025/9556/FNBmo - 14.7 - Ko/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Plazmová sterilizace

Vážení,

zadavatel obdržel dne 27. 1. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Plazmová sterilizace, ke kterým sděluje následující:

Vážení obchodní přátelé,

v příloze č.1 – Technická specifikace je požadováno mimo jiné :
Krátký sterilizační cyklus na balené nástroje bez dutin, max. délka cyklu 26 min.

A dále je uveden požadavek :
Sterilizační cyklus pro nástroje robotické chirurgie

Je správný předpoklad, že požadovaná maximální délka sterilizačního cyklu 26 min. na balené nástroje bez dutin se vztahuje i na sterilizační cyklus pro nástroje robotické chirurgie – endoskopické optiky ?

Dále žádáme o upřesnění požadovaného elektrického připojení přístroje - silnoproud, které není v příloze č.1 – Technická specifikace blíže specifikováno.

Děkuji za vysvětlení - ujištění o správnosti předpokladů.

V případě potřeby mne neváhejte kontaktovat

S pozdravem

XXX

Odpověď na dotaz č. 1

Předpoklad uchazeče je správný, požadovaná maximální délka sterilizačního cyklu 26 min. se vztahuje i na endoskopické optiky pro robotickou chirurgii.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel blíže nespecifikuje způsob připojení přístroje (napojení). Připojení přístroje však musí být v souladu s doporučením výrobce.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí

Vyřizuje: Ing. Michaela Stravová, DiS., referent OPV, tel. 532 231 240, Stravova.Michaela@fnbrno.cz