

Naše zn.: 2025/ 11274 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 3. 2. 2025

**Odpověď na dotazy k VZMR – Čelové světlo**

P25V0000043

**Dotaz č. 1:**

**Dotaz č. 1**

Zadavatel požaduje "Nastavení šířky světelného kuželu mezi 3,5 a 9 cm při pracovní vzdálenosti 40 cm". Bude zadavatel akceptovat velmi podobný soubor hodnot "30-80 mm při pracovní vzdálenosti 42 cm"?

Odpověď č. 1:

**Zadavatel bude akceptovat soubor hodnot "30-80 mm při pracovní vzdálenosti 42 cm"**

Tato mírná odchylka je v pořádku.

V Technické specifikaci je uvedeno“

„Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max., interval hodnot.“

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová  
obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784