

V Brně dne 7. 2. 2025

Naše zn.: 2025/12538/FNBmo - 14.7 - Ko/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Plazmová sterilizace

Vážení,

zadavatel obdržel dne 5. 2. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Plazmová sterilizace, ke kterému sděluje následující:

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení a objasnění nejasností přílohy č.1 – ZD – Technická specifikace

V původní (aktuálně neplatné) verzi bylo uvedeno :

- Nerezové oplechování

V aktuální verzi označené 15.1.2024 (zde se jedná zřejmě o překlep v roce) je tento bod upraven na formulaci :

- Nerezové oplechování; příp. oplechování ve „zdravotnické“ RAL barvě, avšak s výjimkou sterilizační komory a dveří, které musí být v nerezovém oplechování

Dotaz č.1 :

Je výrazem „ Nerezové oplechování - ... nerezové oplechování sterilizační komory a dveří „ myšleno oplechování prostupu přístroje přes příčku oddělující a čistou a sterilní stranu CS ?

Děkujeme za Vaši odpověď

Odpověď

Ano. Nerezovým oplechováním sterilizační komory a dveří je myšleno oplechování prostupu přístroje přes příčku oddělující čistou a sterilní stranu.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí