

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO
www.fnbrno.cz

V Brně dne 3. října 2012

Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění

- Předmětem plnění je dodávka **1ks EEG přístroje** pro Poliklinickou ambulanci část, Pracoviště dětské medicíny/Dětská nemocnice, FN Brno dle přiložené technické specifikace.

Medicínský účel – Přístroj určený ke snímání elektrické aktivity mozku a nepostradatelný v diagnostice řady neurologických onemocnění, především epilepsie.

2. Místo a doba plnění

- Místem plnění je FN Brno, PAČ, PDM/DN
- Doba plnění je součástí nabídky uchazeče

3. Podmínky pro plnění

Nabídka bude obsahovat:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- cenovou nabídku s technickou specifikací
- záruční lhůta min. 24 měsíců
- prohlášení o shodě v českém jazyce v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
- označení přístroje CE
- návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:

- celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
- platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktury 90 dnů.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny

- Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit výběrové řízení

8. Termín a způsob podání nabídky

do 12.10.2012 do 11,00 hod.

a) poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

b) nebo osobně na Sekretariátu ředitelství, FN Brno v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001

c) nabídka bude označena – **Nabídka - Neotvírat – „EEG přístroj“**

9. Název a sídlo organizace

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Technická specifikace

Technická specifikace na EEG pro PAČ - neurologie, PDM

Medicínský účel:

Přístroj určený ke snímání elektrické aktivity mozku a nepostradatelný v diagnostice řady neurologických onemocnění, především epilepsie.

Požadavky na přístroj:

- hlavice s minimálně 32 kanály pro snímání EEG
- nahrávací stanice
- vyhodnocovací stanice
- čepice se snímacími elektrodami, od každé velikosti v kategorii dětské po 1 ks.
- velikost čepice 34-38 cm, 38-42cm,42-46cm,46-50cm,50-54cm,54-58cm,58-64cm
- fotostimulátor 0,5 – 60 Hz
- připojení k NIS (AMIS)
- EKG elektrody součástí nabídky

Softwarové vybavení:

- automatická detekce a rejekce technických a biologických artefaktu
- různé typy filtrování
- rychlá Furierova transformace (FFT)
- 3D mapování
- kompatibilita pro import dat získaných z různých nahrávacích zařízení (uveďte podporované formáty dat)
- vkládání značek (fotostimulátor, pohyb očních víček, patientské tlačítko atp.)
- licence pro souběžný plnohodnotný přístup 6ti uživatelů k řídicí stanici
- klientský software bude provozován na stávajících PC kliniky (uvést minimální a doporučenou hw konfiguraci PC)
- klientský software bude umožňovat vzdálený přístup uživatelů k centrální jednotce (k centrální databázi řešení) a umožní plnohodnotný přístup uživatelům k sw (hodnocení výsledků měření a vytváření reportů).
- kompatibilita klientské části software s Windows 7 CZ Professional 64-bit a nižšími, MS Office 2010
- požadavek automatického/manuálního zálohování dat na datová úložiště FN Brno (konfigurace zálohování bude v ceně přístroje)

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Dodané softwarové řešení musí splňovat podmínky provozu aplikací na PC ve FN Brno:

- Operační systém Windows XP Professional CZ (zakoupen bude Windows 7 Pro Cz a proveden downgrade)
- File system NTFS
- Stanice bude součástí domény fnbrno.cz
- Na stanici budou aplikovány bezpečnostní update podle rozhodnutí správců FNBrno.

- SW a všechny jeho komponenty musí být provozuschopné s právy Users -> přihlášení do OS, práva na adresář aplikace a všech jejich souborů, ...
- Při instalaci nebudou doinstalovávány další komponenty kromě NET.Framework 2.0 a novější, tedy ne Visual Basic runtime, SUN Java, ...
- Instalační balíčky budou dodány ve formátu MSI a s možností automatické bezobslužné vzdálené instalace
- Instalaci a konfiguraci klientů bude předána správě CI FN Brno (pracovní postupy pro instalaci a konfiguraci klientů a dodání všech instalačních souborů)

Požadavky na připojení přístroje (nebo stanice) do datové sítě FN Brno:

- **rozhraní:** konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce je povinnou součástí dodávky.
- **protokol:** Ethernet, síťový provoz výhradně TCP/IP.
- **povinné nastavení síťové adresy:** na DHCP (adresa IP bude fixována na adresu MAC prostředky IT), případné výjimky je nutno projednat předem.
- **antivirová ochrana:** Je možno dohodnout využití AV systému FN Brno (NOD32, zajištěná aktualizace). Alternativou je použití jiného AV programu a zajistit vlastní metodu aktualizace. FN Brno nezajišťuje průchod jiných AV programů na aktualizací servery. V případě netečnosti zařízení k počítačovým virům je nutno písemně potvrdit, že zařízení nemůže být nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení.
- **vzdálený dohled:** vzdálený dohled zařízení je možný prostřednictvím VPN (nutno předem projednat), jiný způsob dohledu (např. telefonní modem) není ve FN Brno podporován.

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- kompletní dodávka musí obsahovat i nezbytné příslušenství a spotřební materiál pro první uvedení do provozu.
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a 336/2004 Sb. v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- doklad o splnění zákona 346/2003 Sb., § 31 v platném znění
- uveďte místo servisu v ČR, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb., v platném znění, včetně nutného spotřebního materiálu, musí být prováděny v záruční době bezplatně a bez vyzvání
- dva návody k přístroji v českém jazyce (1x na CD v nabídce ve formátu *.doc ev. *.pdf a v listinné formě při předání)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek

Zadavatel připouští toleranci +- 10% u číselných hodnot za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

