

V Brně dne 27. 2. 2025

Naše zn.: 2025/19481/FNBrno- 14.7 – DrR/Mc
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Robotický operační systém

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 2. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se veřejné zakázky s názvem Robotický operační systém, ke které sděluje následující:

Dotaz:

V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24.2. vznášíme doplňující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Chápeme správně, že zadavatel hodlá po prvním roce provozu rozšířit chirurgické spektrum o dětskou urologii a o ORL?

Dovolujeme si takto upozornit, že ne všechny robotické chirurgické systémy na trhu jsou certifikovány pro aplikace u dětí a ORL.

Požadavky zadávací dokumentace v současné době takovou potřebu nereflktují a bez doplnění se může velmi pravděpodobně stát, že zadavateli bude, coby vyhovující, nabídnut systém, který nenabízí legální možnost využití u dětských aplikací ani v (dospělém) ORL, a to ani nyní, ani v budoucnu.

Odpověď:

Zadavatel chirurgické výkony dětské urologie a ORL v zadávací dokumentaci nepožaduje a trvá na původním výčtu výkonů.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel