

Naše zn.: 2025/ 26065 /FNBRNO - 15.2.1– Eg

Vaše zn.:

V Brně dne 14.03. 2025

Odpověď na dotazy k VZMR – Vyšetřovací světlo
P25V0000109

Dotaz č. 1

"Celková délka stojanu min. 180 cm"

Akceptoval by zadavatel stojan, který má možnost vysunutí od 800 do 1300 mm, přičemž délka kloubového ramene svítidla, navazujícího na stojan, je 590 mm a druhého ramene 490 mm?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na původním požadavku a celkové délce stojanu min.180 cm**Dotaz č. 2**

"Teplota barev v rozsahu 4000 - 4300 K"

Rozumím tomu správně, že teplota barev může (má) být pevně daná, ale v uvedeném rozsahu?

Odpověď č.

Ano, teplota barev může být pevně daná v uvedeném rozsahu.

S pozdravem

Ing. Hana Egerlová
obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784