

Naše zn.: 2025/ 28685 / FNBRNO -14.7 – Ko/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 3. 2025

Veřejná zakázka MR

Vážení,

zadavatel obdržel dne 18. 3. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje vzdálený bezdrátový monitor, LCD display min. 18". Bude Zadavatel akceptovat vzdálený bezdrátový, barevný LCD displej 15", s poměrem 4:3? Výše uvedený parametr splní pouze jeden uchazeč a nemá vliv na klinické využití přístroje. Bude Zadavatel akceptovat vzdálený LCD displej 15"?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním znění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje zobrazení hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace). MAC je definovaná jako taková alveolární koncentrace, při které 50 % pacientů nereaguje na incizi kůže obrannými pohyby. MR vyšetření je nebolestivým vyšetřením bez incize kůže. Dospělí pacienti a větší děti zpravidla nevyžadují žádnou přípravu. Pouze u menších dětí a klaustrofobiků se vyšetření provádí v celkové anestezii k zamezení nežádoucích pohybů. Na základě toto uchazeč usuzuje, že monitorace hodnoty MAC není klinicky relevantním parametrem u pacientů, jímž je indikována celková anestezie z důvodu MR vyšetření. Bude zadavatel akceptovat monitor bez monitorace hodnoty MAC?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním znění zadávacích podmínek.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí