

Naše zn.: 2025/23277/FNBrno – 15.2.2 – Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. března 2025

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je kontrola účinnosti sterilizátorů nebiologickými a biologickými systémy dle platné legislativy, včetně mikrobiologického vyšetření bioindikátorů používaných při funkčních kontrolách sterilizačních přístrojů pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno na základě smlouvy o poskytování služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Předmět plnění:

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů dle platné legislativy, vyhlášky 306/2010 Sb. ve znění vyhlášky 244/2017 Sb.

2. MÍSTO PLNĚNÍ

- Místem plnění jsou všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno:
 - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno
 - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Obilní trh 11, 602 00 Brno
 - pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brnonebo jiné místo, upřesněné v jednotlivých objednávkách.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu smlouvy o poskytování služby – Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

4. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon, e-mail, statutární zástupce) – Příloha č. 1
- tabulka ke zpracování ceny jednotlivých zkoušek účinnosti – Příloha č. 3
- podepsaný návrh smlouvy o poskytování služby včetně doplněné přílohy č. 1 – Příloha č. 2
- Smlouva včetně příloh musí být strojově čitelná v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah některé přílohy smlouvy nebude celý strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rovněž jako samostatný soubor, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat (např. ve formátu XLS nebo XLSX).
- Doklady prokazující splnění základní
- podepsané ČP - Příloha č. 4

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOST A TECHNICKÉ KVALIFIKACE

Splnění kvalifikačních předpokladů je povinné pro všechny dodavatele o veřejnou zakázku. Kvalifikační předpoklady postačuje předložit v prosté kopii dokumentů. Nesplní-li dodavatel kvalifikační předpoklady, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat od dodavatelů doplnění dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady.

Účastník je povinen k nabídce předložit:

- certifikát k akreditaci ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro zkušební laboratoře včetně příloh.
- seznam minimálně dvou referenčních zakázek realizovaných v posledních 3 letech před ukončením lhůty pro podání nabídek, předmětem referenční zakázky bude poskytování kontroly účinnosti sterilizátorů. Seznam bude obsahovat název objednatele, finanční objem zakázky za rok, dobu plnění a kontaktní osobu objednatele.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace v Kč bez DPH. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním služby včetně dopravy, apod.

Celková nabídková cena bude zpracována formou vyplněné tabulky - Příloha č. 3.

7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za 1 rok plnění, dle bodu č. 6.

8. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

9. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů**“.

10. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

11. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

12. ZADAVATEL SI VYHRÁZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

V případě shodných nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo určit jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vložena do systému EZAK dříve.

Považovat nabídku uchazeče za závaznou **po dobu 60 dnů**. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Sterilizátory, výpis zařízení – provádění kontrol účinnosti
- Příloha č. 2 – Vzorová smlouva o poskytování služby
- Příloha č. 3 – Tabulka ke zpracování ceny jednotlivých zkoušek účinnosti
- Příloha č. 4 – Krycí list
- Příloha č. 5 – ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel. 532 232 773

Sterilizátory, výpis zařízení - provádění kontrol účinnosti

dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. a vyhlášky č. 244/2017 Sb.

Název	Typ	výrobní číslo	teplota	minuty	počet za 1 rok
Horkovzdušný sterilizátor	HS 122	870973	180°C	20	2
Horkovzdušný sterilizátor	HS 122	890677	180°C	20	2
Horkovzdušný sterilizátor	NUVE FN 120	13.1271	180°C	20	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 111	J212272	180°C	20	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 222	C110294	170°C	30	3
Horkovzdušný sterilizátor	HS 62A	900839	170°C	30	1
Horkovzdušný sterilizátor	POL EKO SRW 53 IG SMART	53230001	180°C	20	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 111	J230090	180°C	20	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	C133019	180°C	20	1
Horkovzdušný sterilizátor	SRW115 SMART INOX	11190006	180°C	20	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 222	990267	180°C	20	2
Horkovzdušný sterilizátor	HS 30/A	76492	160°C	60	3
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 404	002046	160°C	60	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991149	170°C	30	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 111	C170209	170°C	30	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991148	170°C	30	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991154	170°C	30	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991151	170°C	30	2
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991153	170°C	30	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 55	991075	170°C	30	1
Horkovzdušný sterilizátor	STERICELL 111	C170309	170°C	30	1
Parní sterilizátor	Tuttnauer 3850 EL-D	13042177	134°C	7	1
Parní sterilizátor	Sanyo Lubo Autoclave	2Z0335	120°C	20	2
Parní sterilizátor	Statim 2000	211516B	134°C	4	11
Parní sterilizátor	Tuttnauer 2840 EL-D	19110632	121°C	20	1
Parní sterilizátor	Tuttnauer 3850	2310086	121°C	20	2
Parní sterilizátor	Sanyo MLS- 3020	570143	121°C	20	1
Parní sterilizátor	Tuttnauer	15061315	121°C	20	1
Parní sterilizátor	PS 26/III	96429	121°C	20	2
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100507	134°C	7	11
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100507	121°C	20	1
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100724	121°C	20	1
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100724	134°C	7	11
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100720	134°C	7	12
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100722	134°C	7	11
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100722	121°C	20	1
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100719	134°C	7	12
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100721	121°C	20	4
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	100721	134°C	7	7
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	5160822	134°C	7	4
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	5160822	121°C	20	8
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	5160823	121°C	20	4

Název	Typ	výrobní číslo	teplota	minuty	počet za 1 rok
Parní sterilizátor	Sterivap HP 6612-2	5160823	134°C	7	8
Parní sterilizátor	Sterivap HP I	5210942	121°C	20	12
Parní sterilizátor	Sterivap HP II	5210940	134°C	7	12
Parní sterilizátor	Statim 2000 S	120109K00003	134°C	4	12
Parní sterilizátor	Statim 2000 S	120109K00003	134°C	18	1
Parní sterilizátor	Statim 2000	213670B	134°C	4	6
Parní sterilizátor	Unisteri HP SPS 336-1	5220521	134°C	7	7
Parní sterilizátor	Unisteri HP SPS 336-1	5220521	121°C	20	1
Parní sterilizátor	VAPOFIX 306	360297	134°C	10	10
Parní sterilizátor	VAPOFIX 306	360297	121°C	20	2
Plazmový sterilizátor	Sterrad 100 NX	1042080063	50°C	50	12
Plazmový sterilizátor	Sterrad 100 NX	1042080063	45°C	50	1