

Naše zn.: 2025/ 29378/ FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 25. 3. 2025

Veřejná zakázka FN Brno – nové pracoviště PET/CT – nákup přístroje

Vážení,

zadavatel obdržel dne 14. a 18. 3. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně poskytování záručních servisních služeb, poskytování pozáručních servisních služeb a průběžné dodávky spotřebního materiálu.

Podíl dodávek spotřebního materiálu i podle předpokládané hodnoty tvoří pouze minoritní část plnění. Spotřební materiál je navíc určen k injektoru, který všichni dodavatelé systému PET/CT řeší prostřednictvím poddodavatele, od něhož by následně kupovali a nemocnici s adekvátní marží přeprodovali spotřební materiál, což se pro nemocnici stává ekonomicky nevýhodné.

Účastník se domnívá, že pokud by zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky poptával pouze dodávku přístrojového vybavení včetně injektoru a následný nákup spotřebního materiálu by řešil přímo s dodavatelem spotřebního materiálu, vyhnul by se navýšení ceny o zprostředkovatelskou marži a dosáhl by úspory finančních prostředků.

Dotaz: Přehodnotí zadavatel s ohledem na principy hospodárnosti a efektivního nakládání s veřejnými prostředky své rozhodnutí a vyčlení z předmětu veřejné zakázky průběžné dodávky spotřebního materiálu k injektoru?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním znění zadávacích podmínek včetně požadavku na dodávání spotřebního materiálu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel stanovil hodnocení nabídek na základě 3 kritérií a dílčích hodnotících kritérií s uvedenou váhou:

„1. kritérium Zboží váha 100 bodů

a) dílčí kritérium: Kupní cena Zboží (v Kč, bez DPH) váha 70 %

b) dílčí kritérium: Kvalitativní úroveň váha 30 %

2. kritérium Servis

dílčí kritérium: Cena za 96 měsíců poskytování pozáručního servisu váha 100 bodů

3. kritérium Spotřební materiál

dílčí kritérium: Kupní cena za Spotřební materiál za 8 let váha 100 bodů“

Zadavatel zároveň stanovil následující předpokládané hodnoty:

- „předpokládaná hodnota za přístroj / záruční servisní služby za 24 měsíců 95 000 000,- Kč bez DPH,
- předpokládaná hodnota pozáručních servisních služeb za 8 let 28 094 808,- Kč bez DPH,
- předpokládaná hodnota za dodávky spotřebního materiálu po dobu 8 let 6 064 160,- Kč bez DPH“

Účastník by rád upozornil zadavatele na neadekvátně stanovené váhy hodnotících kritérií vzhledem k předpokládaným hodnotám jednotlivých složek nabídkové ceny. Tento nepoměr může vést k situaci, kdy bude jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka, kdy zadavatel zaplatí mnohem více než u nabídek dalších v pořadí.

Zvláště pak, pokud bude zadavatel trvat na ponechání dodávek spotřebního materiálu v předmětu plnění (viz dotaz č. 1), jeví se ponechání stejné váhy kritéria č. 3 jako váhy kritéria č. 1 jako nepřiměřené.

Aby k této ekonomicky nevýhodné situaci nedošlo, a aby kritéria zohledňovala celkové náklady životního cyklu pořizovaného zařízení, měl by zadavatel stanovit váhy jednotlivých kritérií v podobném poměru jako stanovil předpokládané hodnoty jednotlivých složek, tedy např. takto:

70 % kritérium Zboží

20 % kritérium Servis

10 % kritérium Spotřební materiál

Dotaz: Přehodnotí zadavatel stanovení vah hodnotících kritérií tak, aby lépe odpovídaly předpokládaným hodnotám jednotlivých složek nabídkové ceny, a aby zohledňovaly celkové náklady životního cyklu pořizovaného zařízení?

Odpověď:

Zadavatel přehodnotil způsob hodnocení nabídek a mění zadávací dokumentaci takto:

Nabídky budou hodnoceny v souladu s § 114 zákona dle jejich ekonomické výhodnosti na základě „Nabídkové ceny pro účely hodnocení“ stanovené následujícím postupem na základě těchto hodnot:

1. Kupní cena Zboží (v Kč bez DPH),
2. Sleva účastníka z Kupní ceny Zboží (v procentech),
3. Kupní cena za předpokládaný odběr spotřebního materiálu za 8 let (v Kč bez DPH),
4. Cena za poskytování pozáručních servisních služeb za 96 měsíců (v Kč bez DPH).

Nabídková cena pro účely hodnocení se určí jako součet Kupní ceny Zboží bez DPH ponížené o Slevu účastníka z Kupní ceny Zboží, nákladů na 96 měsíců pozáručního servisu bez DPH a kupní ceny za předpokládaný odběr spotřebního materiálu za 8 let bez DPH.

Výše Slevy účastníka z Kupní ceny bude určena na základě technických parametrů Zboží, za které bude přidělena bodová hodnota.

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka účastníka s nejnižší nabídkovou cenou pro účely hodnocení v Kč bez DPH.

Detailní popis nového způsobu hodnocení nabídek bude uveden v upravené zadávací dokumentaci, kterou zadavatel zveřejní současně s tímto vysvětlením.

Dotaz č. 3:

Zadavatel stanovil možnost navýšení ceny za poskytování pozáručního servisu a za dodávaný spotřební materiál o inflaci za následujících podmínek:

„V případě, že průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok zveřejněná Českým statistickým úřadem bude vyšší nebo rovna 2 % a současně poskytovatel pozáručního servisu do 15. 3. příslušného roku zadavateli písemně oznámí záměr zvýšit cenu o inflaci, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy o poskytování pozáručního servisu spočívající ve zvýšení ceny za servisní služby o tuto průměrnou roční míru inflace, nejvýše však o 5 %.“

Zadavatel takovými podmínkami omezil navýšení ceny plnění oproti reálně zjištěné míře inflace. Takové omezení, které je na českém zdravotnickém trhu velmi neobvyklé, pak na straně účastníka nutně vede k tlaku na promítnutí tohoto nekrytého inflačního rizika do jeho nabídkové ceny.

Dotaz: Bude zadavatel postupovat s péčí řádného hospodáře a umožní reálné promítnutí budoucí inflace a upraví text tak, aby poskytl dodavateli možnost úpravy smluvní ceny dle reálně zjištěné míry inflace?

Na základě zkušeností se servisními smlouvami z obdobných veřejných zakázek navrhujeme toto znění promítající reálnou míru inflace: *„Smluvní strany sjednávají, že paušální cenu dle čl. V. Smlouvy na poskytování pozáručního servisu lze každoročně navýšit o inflaci. Při počítání inflace smluvní strany vycházejí z údajů o průměrné roční míře inflace za předchozí kalendářní rok uveřejněných Českým statistickým úřadem. Zvýšení ceny dle tohoto odstavce je Poskytovatel povinen Objednateli oznámit nejpozději do 1. dubna příslušného roku, jinak toto právo valorizovat cenu v příslušném roce zaniká.“*

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním znění zadávacích podmínek. Jedná se o standardní podmínku v jeho servisních smlouvách.

Dotaz č. 4:

Zadavatel rovněž požaduje zajištění pravidelné obměny a likvidace kalibračních zdrojů. Vzhledem k tomu, že se jedná o spotřební materiál podléhající zvláštním předpisům, kdy poskytovatelem je třetí strana, docházelo by opět, stejně jako v případě dodávek spotřebního materiálu k injektorům, k navýšení ceny o zprostředkovatelskou marži a pro zadavatele by byly pravidelné dodávky spotřebního materiálu prostřednictvím zprostředkovatele ekonomicky nevýhodné.

Dotaz: Upustí zadavatel od požadavku na zajištění pravidelné obměny a likvidace kalibračních zdrojů?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na původním znění zadávacích podmínek včetně požadavku na pravidelnou obměnu a likvidaci kalibračních zdrojů.

Dotaz č. 5:

V návrhu Smlouvy na poskytování pozáručního servisu v odst. II.3 a II.4 uvádí zadavatel:

„Poskytovatel je povinen řádně a včas dodávat spotřební materiál, pravidelně měněné díly, kity a další věci nezbytné pro provedení servisního úkonu opravy (vč. pravidelné obměny a likvidace kalibračních zdrojů) tak, aby servisní úkony mohly být řádně a včas prováděny (tyto věci dále souhrnně jen „Spotřební materiál pro servisní úkony“).

Dotaz: Chápe účastník správně, že se jedná o spotřební materiál potřebný pro opravy nikoliv pro uživatelské kontroly (denní kontrola apod.)?

Odpověď:

Ano, jedná se o spotřební materiál pro provedení opravy.

Dotaz č. 6:

Zadavatel v Příloze č. 1 Technická specifikace uvádí požadavek: „Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje v prostorách dle dokumentace předložené zadavatelem“.

Zadavatel však v zadávací dokumentaci ani v jejích přílohách tuto dokumentaci nezveřejnil.

Dotaz:

Zveřejní zadavatel dokumentaci, podle níž má účastník zpracovat a do nabídky předložit návrh prostorového uspořádání přístroje?

Odpověď:

Ano, zadavatel současně s tímto vysvětlením doplňuje zadávací dokumentaci o část půdorysu místností (Příloha č. 9), kde má být umístěné soutěžené zařízení a současně v této souvislosti doplňuje Přílohu č. 1 zadávací dokumentace technickou specifikaci přístroje o následující požadavky:

- Součástí nabídky bude návrh prostorového uspořádání přístroje a souvisejících technologií v prostorách dle dokumentace předložené zadavatelem jako Příloha č. 9 této zadávací dokumentace
- Součástí nabídky dále budou požadavky na připojení na sítě a média, výkresová dokumentace dodávaného přístroje, dokumentace parametrů přístroje (rozměrů, hmotnosti, plošného zatížení, ionizujícího záření atd.), dokumentace parametrů příslušenství přístroje (možného stropního závěsného zařízení, rozvaděče, vedení kabelových žlabů atd.), vše v českém jazyce v rozsahu, která umožní zhotoviteli projektové dokumentace řádně plnit smluvní požadavky na zhotovení projektové dokumentace

Současně rovněž upravuje Přílohu č. 4 zadávací dokumentace Kupní smlouva tak, že v článku II.3 b) vypouští část textu.

Na základě změny a doplnění zadávací dokumentace zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o 5 pracovních dnů a současně o takový počet pracovních dnů, o kolik překročil zákonnou lhůtu na odpověď.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno