

Naše zn.: 2025/ 30140 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 27. 3. 2025

Veřejná zakázka Ultrazvukový přístroj pro KNPT

Vážený,

zadavatel obdržel dne 24. a 25. 3. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci „integrováný barevný monitor min. 15“ LCD“. Bude Zadavatel akceptovat nabídku kompaktního přístroje vybaveného displejem s full HD rozlišením a možností full screen zobrazení s úhlopříčkou 14,1“?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku kompaktního přístroje vybaveného displejem s full HD rozlišením a možností full screen zobrazení s úhlopříčkou 14,1“.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci na poptávaný ultrazvukový přístroj požaduje „madlo pro bezpečný transport systému“. Vzhledem ke konstrukčním možnostem můžeme nabídnout přístroj notebookového typu, jehož konstrukce umožňuje rychlé uložení do kufříku, které umožňuje bezpečnější transport než v případě přenosu nechráněného přístroje. Pro případ nutnosti rychlého transportu je možné tento přístroj vzhledem k nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům přenést jako běžný notebook. Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje tohoto typu bez madla pro transport přístroje?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje notebookového typu bez madla, jehož konstrukce umožňuje rychlé uložení do kufříku.

Dotaz č. 3:

V technické specifikaci je uveden požadavek na „manuální nastavení TGC křivky pomocí minimálně osmi hardwarových sliderů nebo zónových potenciometrů“. Bude Zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který není vzhledem ke svým kompaktním rozměrům a požadavku na nízkou hmotnost vybaven fyzickými slidery pro nastavení TGC křivky, ale je vybaven funkcemi automatické optimalizace obrazu v různých hloubkách a umožňuje úpravu TGC křivky pomocí 12 softwarových sliderů na dotykové obrazovce?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, který není vybaven fyzickými slidery pro nastavení TGC křivky, ale je vybaven funkcemi automatické optimalizace obrazu v různých hloubkách a umožňuje úpravu TGC křivky pomocí 12 softwarových sliderů na dotykové obrazovce.

Dotaz č. 4:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí požadavek „zobrazení redukující ultrazvukové spekle nastavitelné v min. 6 úrovních“. Námi nabízené ultrazvukové systémy jsou vybavené algoritmy, které dokážou identifikovat speckle artefakty a automaticky nastavit intenzitu jejich potlačení, nejsou tedy vybaveny nastavitelnými úrovněmi jejich potlačení, ale umožňují zapnutí nebo vypnutí této funkcionality. Bude Zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, který je vybavený algoritmy, které dokážou identifikovat speckle artefakty a automaticky nastavit intenzitu jejich potlačení, není tedy vybaven nastavitelnými úrovněmi jejich potlačení, ale umožňuje zapnutí nebo vypnutí této funkcionality

Dotaz č. 5:

V technické specifikaci Zadavatel požaduje „compaundní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních“. Námi nabízené ultrazvukové systémy jsou vybavené algoritmy, které si optimalizují úroveň compaundního zobrazení a automaticky upravují jeho rozsah, nejsou tedy vybaveny nastavitelnými úrovněmi, ale umožňují zapnutí nebo vypnutí této funkcionality. Bude Zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje bez nastavitelných úrovní compaundního zobrazení za předpokladu, že bude vybaven algoritmy, které si optimalizují úroveň compaundního zobrazení a automaticky upravují jeho rozsah, není tedy vybaven nastavitelnými úrovněmi, ale umožňuje zapnutí nebo vypnutí této funkcionality.

Dotaz č. 6:

Prosíme o kontrolu souboru "ZD_Příloha č. 1_Technická specifikace". V zadávací dokumentaci je předmět zakázky klasifikován jako 33112000-8 Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje. V technické specifikaci je však poptáván terapeutický ultrazvuk.

Odpověď:

Zadavatel požaduje přístroj, který používá ultrazvuk tj. vysokofrekvenční zvukové vlny k vytváření obrazů vnitřních struktur těla, tedy k diagnostice. Označení jako terapeutický se nejeví jako správné. Nicméně jako jiný, vhodnější CPV kód může být: 33124120-2-Diagnostické ultrazvukové přístroje. V tomto smyslu tedy zadavatel upraví CPV kód v zadávací dokumentaci.

Zadavatel **současně mění** zadávací dokumentaci v čl. IV. Technické podmínky tak, že místo požadavku na výrobce, který nesmí deklarovat životnost Zboží na méně než 10 let, nyní požaduje, že výrobce nesmí deklarovat životnost Zboží na méně než 8 let. V této souvislosti upraví i čestné prohlášení tak, aby bylo v souladu s tímto požadavkem.

Na základě výše uvedeného zadavatel upraví zadávací dokumentaci a prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno