

Naše zn.: 2025/ 32850 / FNBRNO -14.7 – Ko/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. 4. 2025

Veřejná zakázka FN Brno – nové pracoviště PET/CT – nákup přístroje

Vážený,

zadavatel obdržel dne 31. 3. a 1. 4. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Ve výběrovém řízení je vybírán technologicky náročný přístroj. V souvislosti se zajištěním bezproblémového provozu obdobných přístrojů je často zadavateli v rámci technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ požadováno po účastnících doložit seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky včetně předložení dokladů prokazujících platnou autorizaci těchto osob pro provádění servisu.

Dotaz: Doplní zadavatel do zadávací dokumentace požadavek na předložení seznamu techniků včetně dokladů prokazujících platnou autorizaci?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude požadovat v technické kvalifikaci seznam techniků podílejících se na zakázce.

Dotaz č. 2:

V souvislosti se zajištěním bezproblémového provozu dodaného přístroje bývá standardem ve veřejných zakázkách i požadavek na doložení čestného prohlášení, že během servisních zásahů a při školeních je vedena komunikace v českém jazyce (česky mluvícími techniky, případně zajištěním tlumočnicka).

Porozumění pokynů školitele je nezbytným předpokladem pro zachování bezpečnosti pacientů a pro eliminaci vzniku závad na přístroji. Z tohoto důvodu považuje účastník za zásadní požadovat po účastníkovi prohlášení o průběhu školení v českém jazyce.

Dotaz: Zváží zadavatel do zadávací dokumentace upřesnění požadavku na jazyk při provádění školení a servisních zásahů například formou požadavku na předložení čestného prohlášení o komunikaci během školení a servisního zásahu v českém jazyce?

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude požadovat výše uvedené čestné prohlášení.

Dotaz č. 3:

Chápeme správně, že zadavatel na vlastní náklady připraví vše potřebné k připojení systému ve smyslu zabezpečení:

- primárního okruhu chlazení (zdroje studené vody);
- vzduchové klimatizace ovladovny, technické místnosti i vyšetřovny;

- napájecího kabelu s dostatečným výkonem v technické místnosti;
- veškerých prostupů a podlahových technických žlabů pro vedení kabelů a chladicího média;
- doporučeného stínění záření v místnosti;
- vhodné podlahové krytiny;
- kotvicích bodů k umístění závěsného zařízení požadované hrazdy a injektoru

na základě zaslaných požadavků vítězného uchazeče?

V případě, že má uchazeč zabezpečit některé z výše uvedených bodů ve vlastní režii, prosíme o podrobnější specifikaci včetně rozšířené projektové dokumentace budovy s vyznačenými místy pro umístění technologie.

Odpověď:

Ano, tazatel chápe správně, že výše uvedené zajistí zadavatel na základě zaslaných požadavků vítězného dodavatele a jeho součinnosti s projektantem objektu. Na základě podkladů vítězného dodavatele zařízení PET/CT projektant zakreslí do projektu vše potřebné k uvedení zařízení do provozu.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí