

V Brně dne 9. 4. 2025

Naše zn.: 2025/34387/FNBrno - 14.7 - Ko/Hd
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Katetr prodlužovací podpurný vodící

Vážení,

zadavatel obdržel dne 25. 3. 2025 dotazy, týkající se veřejné zakázky s názvem Katetr prodlužovací podpurný vodící, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

V souvislosti se zveřejněním Veřejné zakázky s názvem “Katetr prodlužovací podpurný vodící” si dovoluujeme zadavatele požádat o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. V dokumentu Zadávací dokumentace, v Technické specifikaci, je uveden požadavek na proximální dvouvodíčovou kompozitní hřídel.

Námi nabízený katétr má 17cm vstup v podobě U- rampy s klasickou hřídelí zajišťující vyhovující efektivní vnitřní ID, snižující riziko vlečení stentu a balonu. Bude prosím zadavatel akceptovat 17cm rozšířený vstup v podobě U rampy s kompozitní hřídelí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel trvá na původním znění Zadávací dokumentace z důvodu, že nabízená varianta řeší pouze proximální vstup, ale neřeší unikátní dvouvodíčový kompozit celé proximální části.

Dotaz č. 2:

2. Dále je v Technické specifikaci uveden požadavek na Distální Shaft - cívka s vyztuženou hřídelí s různou tuhostí a hydrofilním povlakem s nízkým obsahem částic.

Námi nabízený katétr má silikon s konzistentní tuhostí cívky. Domníváme se, že různá tuhost a hydrofilní povlak snižuje vytvoření traumatu nebo disekce cévy a zároveň zajišťuje lepší oporu, která je velmi důležitá. Bude prosím zadavatel akceptovat cívku s konzistentní tuhostí a silikonovým povlakem?

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění Zadávací dokumentace, tj. Zadavatel požaduje hydrofilní coating.

Dotaz č. 3:

3. Dále zadavatel požaduje vnitřní průměr katétru: pro 6F minimálně 0,057 inch, pro 7F minimálně 0,063 inch.

Námi nabízený katétr má pro 6F katétr vnitřní průměr 0,056 inch a pro 7F - 0,062 inch - bude prosím zadavatel akceptovat tuto drobnou odchylku?

Děkujeme.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel trvá na původním znění Zadávací dokumentace a nebude akceptovat žádnou odchylku vnitřního průměru katétrů, neboť Zadavatelem požadované hodnoty představují největší efektivní vnitřní průměr guiding extenzí.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje v souladu s § 98 odst. 4 zákona o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí