

Naše zn.: 2025/ 36139 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 4. 2025

Veřejná zakázka Ultrazvukový přístroj pro KNPT

Vážení,

zadavatel obdržel dne 9. 4. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci definuje požadavky na funkci zvýraznění intervenčního nástroje (jehly). Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje, který je vybaven funkcí, která splňuje tyto požadavky, ovšem potřebné parametry nastavuje automaticky a ruční nastavení těchto parametrů (gain jehly, tloušťka jehly, úhel vpichu...) obecně neumožňuje a nastavuje je automaticky?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat i přístroj, který je vybaven funkcí zvýraznění intervenčního nástroje a nastavuje parametry nástroje (gain, tloušťka, ...) automaticky

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje frekvenční rozsah lineární sondy 4–13 MHz. Bude zadavatel akceptovat nabídku lineární sondy s frekvenčním rozsahem 4,5 – 13 MHz?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat i lineární sondu s rozsahem 4,5 – 13 MHz.

Na základě výše uvedeného zadavatel upraví zadávací dokumentaci a prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno