

Naše zn.: 2025/ 36027 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 4. 2025

Veřejná zakázka Přístroj pro extrakorporální fototerapii

Vážený,

zadavatel obdržel dne 9. 4. 2025 dotazy týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v Zadávací dokumentaci (dále jen ZD) článek IV. Technické podmínky uvádí, že „Požadované Zboží musí splňovat požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma (příklad viz Příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a tabulku dle této přílohy zadávací dokumentace. Požadované Zboží bude připojeno do datové sítě zadavatele a bude odesílat data do systému PACS.“

Přístroj pro extrakorporální fototerapii (dále jen ECP) nelze napojit do žádného systému, nemá operační systém, ani nezpracovává žádná osobní data. Rovněž nejde o žádnou zobrazovací metodu a nelze jej tedy napojit do systému PACS pro přenos zobrazovacích dat. Tedy neexistuje ani žádné komunikační schéma. Mohl by Zadavatel výše uvedené požadavky přeformulovat ve smyslu, že nejde o povinnou vlastnost Zboží, ale platí pouze pro případ, že by Zboží takovéto vlastnosti mělo?

Odpověď:

Ano, uvedená podmínka platí pouze pro případ, že by Zboží takovéto vlastnosti mělo. Zadavatel v této souvislosti mění zadávací podmínky tak, že vypouští požadavek na připojení Zboží do datové sítě zadavatele a na odesílání dat do systému PACS, přičemž povinnost splnění požadavků zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií a zpracování blokového komunikačního schéma platí pouze pro případ, že by Zboží možnost připojení do datové sítě a do systému PACS mělo.

Dotaz č. 2:

Co má přesně obsahovat požadované „čestné prohlášení ke spotřebnímu materiálu pro použití v nemocničním provozu“?

Odpověď:

Uvedené čestné prohlášení má obsahovat informaci, že nabízený spotřební materiál je určen pro použití v nemocničním provozu.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v příloze č.1 Technická specifikace „Systém využívá klasickou citrátovou antikoagulaci (roztok ACD-A)“. Zadavatel tímto požadavkem vyřazuje možnost použití široce rozšířené heparinové antikoagulace. Mohl by tedy Zadavatel umožnit i klasickou heparinovou antikoagulaci a požadavek tedy např. přeformulovat Systém využívá klasickou citrátovou nebo heparinovou antikoagulaci (roztok ACD-A)? Zadavatel tak získá širší možnosti.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku přístroje, který kromě citrátové antikoagulace umožňuje použití i heparinové antikoagulace, tzn. zadavatel mění zadávací podmínky tak, že upravuje tento požadavek na „Systém využívá klasickou citrátovou antikoagulaci (roztok ACD-A), případně umožňuje jak citrátovou tak heparinovou antikoagulaci“.

Dotaz č. 4:

Zadavatel uvádí v příloze č.5 Rámcová kupní smlouva článek IV. Dodací podmínky, odstavec IV.2. „Prodávající je povinen dodat Zboží dle Objednávky do 1 pracovního dne od jejího doručení Prodávajícímu, ledaže si smluvní strany dohodly rozvozový plán.“ Procedury ECP probíhají typicky ve 2-4 týdenních intervalech a jsou plánovány. Nejedná se o akutní výkon. Mohl by tedy Zadavatel uvážit prodloužení dodací lhůty např. na 7 pracovních dnů?

Odpověď:

Ano, zadavatel prodlouží dodací lhůtu na 7 pracovních dnů a v tomto smyslu upraví zadávací dokumentaci.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno