

Naše zn.: 2025/ 41675 /FNBRNO - 15.2.1 –Lu/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 30. 4. 2025

VZMR - Rotační mikrotom, E-ZAK ev.č. P25V00000219**Odpověď na vysvětlení dotazů****Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci požadujete pro splnění minimálních technických podmínek:
Požadovaná technická specifikace: - „trimování min. 10-30 μm “

Dotaz: Můžeme nabídnout přístroj, který trimovací funkci ve dvou krocích 10 a 20 μm ?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805