

Naše zn.: 2025/ 42760 /FNBRNO - 15.2.1 –Lu/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 5. 2025

VZMR Rotační mikrotom, E-ZAK ev.č. P25V00000219**Odpověď na vysvětlení dotazů****Dotaz č. 1:**

Vertikální rozsah min. 65 mm

Náš mikrotom umožňuje posun držáku vzorku ve vertikálním směru až o 64 mm, což je pro pohodlnou obsluhu přístroje a kvalitní výsledky práce plně dostačující, a navíc se jedná o hodnotu téměř shodnou s Vaším požadavkem. Rozdíl je pouze 1 mm, což je vzhledem k číselné hodnotě zanedbatelné.

Bude proto zadavatel akceptovat mikrotom s vertikálním rozsahem až 64 mm?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805