

Naše zn.: 2025/ 45526 /FNBRNO - 15.2.1 -Lu/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 5. 2025

VZMR Rotační mikrotom, E-ZAK ev.č. P25V00000219**Odpověď na vysvětlení dotazů****Dotaz č. 1:**

Zadavatel uvádí v technické specifikaci parametr:
Rozsah/tloušťka řezu (krájení) min. 0,5-60 µm

Náš přístroj má rozsah krájení 1-60 µm, bude zadavatel akceptovat tento parametr?
Bude zadavatel akceptovat takové řešení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 5. 2025 do 11 hod.

S pozdravem

Ing. Pavlína Ondráčková
tel. 532 233 805