

V Brně dne 15. 5. 2025

Naše zn.: 2025/45948/FNBrno - 14.7 – DrR/Mc

Vaše zn.:

Veřejná zakázka – O-rameno s peroperačním navigačním systémem

Vážení,

zadavatel obdržel dne 15. 5. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se veřejné zakázky s názvem O-rameno s peroperačním navigačním systémem, ke které sděluje následující:

Dotaz 1):

Zadavatel požaduje ve smlouvě na poskytování pozáručního servisu v odstavci IV.4 poskytnutí náhradního přístroje v případě dlouhodobé opravy. Vzhledem k rozměrům a hmotnosti přístrojů, které jsou předmětem zakázky lze zajistit jako zápůjčku pouze navigační systém, nikoliv 3D intraoperační zobrazovací systém O-arm. Prosíme tedy o úpravu smlouvy následovně:

IV.4 V případě dlouhodobé opravy, čímž se rozumí oprava, o níž Poskytovatel ví nebo má vědět, že bude trvat déle než 5 pracovních dnů, je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele zdarma na dobu trvání opravy Objednateli vypůjčit náhradní zařízení stejného účelového určení a obdobných parametrů jako je opravované Zařízení, a to včetně veškerého příslušenství nezbytného k provozu vypůjčovaného zařízení. Po doručení opraveného Zařízení zpět Objednateli je Objednatel povinen Poskytovateli vypůjčené náhradní zařízení včetně příslušenství vrátit Poskytovateli. Povinnosti Poskytovatele podle této smlouvy se vztahují na vypůjčené náhradní zařízení obdobně. Toto ustanovení se vztahuje pouze na navigační systém a jeho příslušenství.

Odpověď 1):

Zadavatel bude akceptovat navrženou úpravu ustanovení servisní smlouvy a upraví toto ustanovení následovně:

IV. 4 *V případě dlouhodobé opravy, čímž se rozumí oprava, o níž Poskytovatel ví nebo má vědět, že bude trvat déle než 5 pracovních dnů, je Poskytovatel povinen na žádost Objednatele zdarma na dobu trvání opravy Objednateli vypůjčit náhradní zařízení stejného účelového určení a obdobných parametrů jako je opravované Zařízení, a to včetně veškerého příslušenství nezbytného k provozu vypůjčovaného zařízení. Po doručení opraveného Zařízení zpět Objednateli je Objednatel povinen Poskytovateli vypůjčené náhradní zařízení včetně příslušenství vrátit Poskytovateli. Povinnosti Poskytovatele podle této smlouvy se vztahují na vypůjčené náhradní zařízení obdobně. Toto ustanovení se vztahuje pouze na navigační systém a jeho příslušenství.*

Dotaz 2):

Zadavatel požaduje v kupní smlouvě v odstavci VII.6 poskytnutí náhradního přístroje v případě dlouhodobé opravy. Vzhledem k rozměrům přístrojů, které jsou předmětem zakázky lze zajistit zápůjční navigační systém, nikoliv 3D intraoperační zobrazovací systém O-arm.

Prosíme tedy o úpravu smlouvy následovně:

VII.6 Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší než 5 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, pokud to charakter přístroje umožňuje. Toto ustanovení se vztahuje pouze na navigační systém a jeho příslušenství.

Odpověď 2):

Zadavatel bude akceptovat navrženou úpravu ustanovení kupní smlouvy a upraví toto ustanovení následovně:

VII. 6 *Prodávající se zavazuje, že v případě nutnosti dílenské nebo dlouhodobější opravy (delší než 5 pracovních dnů) Zboží zapůjčí a nainstaluje Kupujícímu bez nároku na další úplatu náhradní bezvadný přístroj technicky a kvalitativně odpovídající bezvadnému Zboží, pokud to charakter přístroje umožňuje. Toto ustanovení se vztahuje pouze na navigační systém a jeho příslušenství.*

Dotaz 3):

Vzhledem k nepřiměřenosti stanovené smluvní pokuty prosíme o vypuštění odstavce VIII.8 z kupní smlouvy a odstavce X.10 ze smlouvy na poskytování pozáručního servisu.

VIII.8 V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. X.2 této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení. V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. Error! Reference source not found. této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení.

Odpověď 3):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že trvá na ponechání odst. VIII.8 v kupní smlouvě, nicméně na základě dotazu upraví výši smluvní pokuty a upraví tento odstavec následovně:

VIII.8 *V případě, že bude Prodávající v prodlení s předáním informací dle odst. X.2 této smlouvy, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení.*

Zadavatel dále uvádí, že účastník odst. VIII.8 zkopíroval ve svém dotazu dvakrát za sebou, přičemž jednou s chybovým upozorněním na odkaz v dokumentu a dále úvodem tento dotaz směřuje i na odstavec X.10 smlouvy o poskytování pozáručních služeb, rovněž tak i následující dotaz č. 4. Zadavatel se k požadavku na vypuštění odst. X.10 ze smlouvy na poskytování pozáručních služeb vyjádří v Odpovědi 4).

Dotaz 4):

Vzhledem k nepřiměřenosti stanovené smluvní pokuty prosíme o vypuštění odstavce X.10 ze smlouvy na poskytování pozáručního servisu.

X.10 V případě, že bude Poskytovatel v prodlení s předáním informací dle odst. IX.2 této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to za každý takový případ a za každou i započatou hodinu prodlení.

Odpověď 4):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že ponechá znění odst. X.10 ve smlouvě na poskytování pozáručního servisu, tj. nebude akceptovat požadavek účastníka na vypuštění z předmětné smlouvy.

Dotaz 5):

Vzhledem k nepřiměřenosti stanovené smluvní pokuty prosíme o úpravu následujícího odstavce kupní smlouvy:

VIII.9 V případě, že bude Prodávající v prodlení se svoláním Realizačního týmu nebo s předložením zápisu z jednání Realizačního týmu, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: třitisícekorun českých), a to za každý takový případ.

Odpověď 5):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že upraví odst. VIII.9 kupní smlouvy následovně:

VIII.9 *V případě, že bude Prodávající v prodlení se svoláním Realizačního týmu nebo s předložením zápisu z jednání Realizačního týmu, je povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: třitisíce korun českých), a to za každý takový případ a za každý i započatý pracovní den prodlení.*

Dotaz 6):

Žádáme zadavatele o úpravu odstavce VII.5 smlouvy na poskytování pozáručního servisu v tomto znění:

VII.5 Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena druhé straně.

Odpověď 6):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že trvá na původním znění ustanovení smlouvy o poskytování pozáručního servisu:

VII.5 *Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena Poskytovateli.*

Dotaz 7):

Žádáme o vypuštění odstavce VII.6 smlouvy na poskytování pozáručního servisu.

VII.6 Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět po dobu prvních 6 let od nabytí účinnosti, ledaže je Objednatel v prodlení s uhrazením Ceny za servis po dobu delší než 6 měsíců. Po uplynutí doby uvedené ve větě první je Poskytovatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla tato výpověď doručena Objednateli.

Odpověď 7):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že ponechá znění odst. VII.6 ve smlouvě na poskytování pozáručního servisu, tj. nebude akceptovat požadavek účastníka na vypuštění z předmětné smlouvy.

Dotaz 8):

Pokuta stanovená v odstavci X.5 smlouvy na poskytování pozáručního servisu nám připadá nepřiměřená vzhledem k tomu, že pokud dojde k odhalení závady takového charakteru, jak je stanoveno v odstavci VI.8, bude se jednat o servisní zásah, na který se vztahují lhůty stanovené touto smlouvou včetně sankcí při nedodržení stanovených lhůt. Proto žádáme zadavatele o vypuštění odstavce X.5.

Odpověď 8):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že ponechá znění odst. X.5 ve smlouvě na poskytování pozáručního servisu, tj. nebude akceptovat požadavek účastníka na vypuštění z předmětné smlouvy.

Dotaz 9):

V odstavci XI.1 kupní smlouvy Zadavatel udává:

XI.1 Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Zveřejnění provede Kupující.

Vzhledem k faktu, že v přílohách této smlouvy jsou obsaženy důvěrné informace, rádi bychom požádali o uveřejnění smlouvy bez položkového ceníku (rozpočtu), jelikož se jedná o obchodní tajemství. Bude zadavatel akceptovat tento požadavek?

Odpověď 9):

Zadavatel k výše uvedenému požadavku uvádí, že přílohou č. 1 kupní smlouvy je detailní specifikace Zboží, Služeb a Montáže, nikoliv požadavek na položkový ceník. Předložení položkového rozpočtu v nabídce je nicméně požadavkem dle Zadavatele dle čl. IX Zadávací dokumentace (POŽADAVEK NA ZPŮSOB STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY). Přílohou č. 1 Smlouvy na poskytování pozáručního servisu je seznam servisovaných přístrojů a ani zde účastník nevyplňuje položkový rozpočet.

Dotaz 10):

V příloze č. 1 Technická specifikace zadavatel požaduje následující parametr O-ramena:

Napájecí kabel s průmyslovou/RTG zástrčkou 230 V, 16 A

Vzhledem ke skutečnosti, že námi nabízený systém O-arm je napájen přes ovládací stanici, nikoliv přímo z elektrické sítě, je ovládací stanice napájena klasickou zástrčkou pro 230 V a je jištěná 16 A. Bude zadavatel akceptovat řešení, kdy je zobrazovací systém napájený z baterií a připojení k elektrické síti má pouze funkci dobíjení baterií? Z tohoto důvodu vyplývá, že není nutné napájet systém pomocí průmyslové/RTG zástrčky.

Odpověď 10):

Zadavatel bude akceptovat i nabízenou variantu napájecího kabelu s běžnou (ne průmyslovou) zástrčkou na 230 V, 16 A, za předpokladu splnění všech dalších technických podmínek plynoucích z technické specifikace.

Zadavatel v tomto smyslu upraví Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.

Dotaz 11):

Zadavatel v příloze č. 1 Technická specifikace v odstavci „ovládání dotykovými obrazovkami obou monitorů“ požaduje parametr: „dvojitě klepnutí pro potvrzení volby“

Bude zadavatel akceptovat uživatelsky jednodušší řešení potvrzení volby jedním klepnutím?

Odpověď 11):

Zadavatel bude akceptovat i jednodušší variantu potvrzení volby jedním klepnutím na dotykových monitorech za podmínky splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace. Zadavatel v tomto smyslu upraví Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace - Technická specifikace.

Na základě výše uvedených úprav Zadávací dokumentace dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel