

V Brně dne 4. 6. 2025

Naše zn.: 2025/52838/FNBrno - 14.7 – Ko/Mc

Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Lůžka pro IHOK

Vážení,

zadavatel obdržel dne 3. 6. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se veřejné zakázky s názvem Lůžka pro IHOK, ke které sděluje následující:

Dotaz 1):

Parametr - alarm nebezpečného pohybu pacienta na lůžku

Může uchazeč zadavateli nabídnout místo alarmu nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, alarm opuštění lůžka pacientem?

Odpověď 1):

Zadavatel trvá na požadavku alarmu nebezpečného pohybu pacienta na lůžku, protože tento systém umožňuje včasnou reakci personálu ještě před opuštěním lůžka, což je zásadní pro prevenci pádů u oslabených či dezorientovaných pacientů. Na onkologické JIP je zvýšené riziko těchto situací, a proto je tento prvek nezbytný z hlediska bezpečnosti a kvality péče. Nabízený alarm pouze při opuštění lůžka tuto preventivní funkci neplní.

S pozdravem

Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
vedoucí Oddělení právních věcí