

Naše zn.: 2025/53296/FNBrno - 15.2.1 - Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 4. června 2025

Odpověď na dotazy k VZMR – Laboratorní přístroje pro zpracování krevních produktů ev. č. P25V00000266

Dotaz č. 1:

U třepačky požadujete rozsah otáček 30 až 400 / min. a max. zatížení 5 kg. Rádi bychom nabídli zařízení s maximálním zatížením 4,5 kg a rozsahem otáček 50 – 500 / min. Dle našeho názoru jde o ekvivalentní zařízení splňující stanovený účel. Budete akceptovat toto zařízení?

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel bude v části č. 2 - Třepačka orbitální akceptovat max. zatížení 4,5 kg a rozsah /nastavení otáček 50 – 500 /min.

S pozdravem

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel.: 532 232 773