

V Brně dne 12. 6. 2025

Naše zn.: 2025/55054/FNBrno - 14.7 - Dr/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení

Vážení,

zadavatel obdržel dne 8. 6. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Původní požadavek zadavatele (část *Kamerová jednotka*):

„PoP – rozdělení displeje na dva obrazy – originální a upravený obraz se zobrazují současně.“

Stanovisko účastníka:

Účastník se domnívá, že požadovanou funkcionalitu PoP (Picture-out-Picture), kdy se originální a upravený obraz zobrazují současně vedle sebe, v současnosti nabízí pouze jeden konkrétní výrobce kamerových systémů. Vzhledem k omezenému klinickému využití této technologie – zejména v chirurgických oborech – považuje účastník uvedený požadavek za potenciálně diskriminační a v rozporu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Návrh obdobného technického řešení:

Účastník nabízí kamerovou jednotku, která umožňuje přepínání mezi originálním a upraveným obrazem prostřednictvím ovládání na kamerové hlavě. Oba obrazy jsou při tomto přepnutí zobrazovány v plném rozlišení na celé obrazovce, což zajišťuje maximální kvalitu zobrazení při zachování uživatelského komfortu.

Dotaz na zadavatele:

Bude zadavatel akceptovat kamerovou jednotku s funkcí přepínání mezi originálním a upraveným obrazem zobrazeným na celou obrazovku, namísto požadovaného současného zobrazení obou obrazů vedle sebe (PoP)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat variantu kamerové jednotky s funkcí přepínání mezi originálním a upraveným obrazem zobrazeným na celou obrazovku, avšak za předpokladu splnění všech dalších parametrů vyplývajících z technické specifikace.

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel