

V Brně dne 12. 6. 2025

Naše zn.: 2025/55372/FNBčno - 14.7 - Dr/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení

Vážení,

zadavatel obdržel dne 9. 6. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v Část 1 - Endoskopická ultrazvuková jednotka s echoendoskopy - Výše specifikované echoendoskopy musí být kompatibilní s výše specifikovanou ultrazvukovou jednotkou a naopak. Dále tyto požadované přístroje musí být kompatibilní s:

- ultrazvukovým přístrojem Hitachi Aloka ARIETTA 850 – kabel k připojení endoskopu musí být součástí dodávky (pokud není totožný, jako k UZV jednotce výše)
- videoprocesorem OLYMPUS CV-190 a zdrojem světla OLYMPUS CLV-190 – kabel k připojení endoskopu musí být součástí dodávky
- endoskopickým monitorem OLYMPUS OEV262H (kabel k propojení s monitorem musí být součástí dodávky)

Trvá zadavatel, z důvodu ochrany předchozích investic, také na kompatibilitě se stávajícím ultrazvukovým gastrovideoskopem GF-UCT180?

Odpověď na dotaz č. 1:

Ano, zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím lineárním echoendoskopem OLYMPUS GF-UCT180. V tomto smyslu zadavatel upraví technickou specifikaci v této části.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – rozměry sušicí a skladovací skříně: šířka max. 1500 mm, hloubka max. 500 mm, výška max. 2100 mm.

Bude zadavatel akceptovat dodání Sušicí a skladovací skříně o rozměrech: šířka max. 2000 mm, hloubka max. 500 mm, výška max. 2150 mm

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat navrhované rozměry sušicí a skladovací skříně.

Nově požadavek vztahující se k rozměrům sušicí a skladovací skříně zní:

- *rozměry sušicí a skladovací skříně: šířka max. 2000 mm, hloubka max. 500 mm, výška max. 2150 mm*

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – disponuje závěsným systémem na vertikální zavěšení endoskopů, min. 10 pozic

Požaduje tímto zadavatel dodání zařízení se závěsným systémem na vertikální zavěšení endoskopů bez dalších mechanických, pohyblivých a dalších výklopných systémů?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel stanovil požadavek na závěsný systém na vertikální zavěšení endoskopů v obecné rovině, konkrétní způsob řešení tohoto požadavku je ponechán na účastníkovi.

Dotaz č. 5:

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – integrovaná tiskárna pro tisk protokolu o sušení endoskopu

Bude zadavatel trvat na dodání zařízení s integrovanou tiskárnou? Případně může dodavatel nabídnout řešení s externí tiskárnou

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel bude akceptovat i možnost externí tiskárny.

Nově požadavek vztahující se k tiskárně zní:

- *integrovaná nebo externí tiskárna pro tisk protokolu o sušení endoskopu*

Dotaz č. 6:

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – integrovaná čtečka čárových kódů, s možností čtení RFID čipů

Bude zadavatel akceptovat nabídku s dodáním zařízení s integrovanou čtečkou RFID čipů bez čtečky čárových kódů?

Odpověď na dotaz č. 6

Zadavatel trvá na původním požadavku technické specifikace a nebude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – ovládání v českém jazyce

Bude zadavatel akceptovat nabídku s dodáním zařízení s ovládáním v anglickém jazyce?

Odpověď na dotaz č. 7

Zadavatel trvá na původním požadavku technické specifikace a nebude akceptovat navrhované řešení.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel