

V Brně dne 25. 6. 2025

Naše zn.: 2025/60250/FNBrno - 14.7 – DrR/Mc

Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Přístroje pro laserovou terapii – část 1

Vážení,

zadavatel obdržel dne 23. 6. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, týkající se veřejné zakázky s názvem Přístroje pro laserovou terapii, části 1, ke které sděluje následující:

Dotaz 1:

Dobrý den,
zadavatel požaduje v Příloze č. 1 - Technická specifikace - část 1 - Frakční ablační laser vysokoenergetický:

- Ohebné, kloubové, rotační rameno pro nastavení laseru do požadované pozice/místa
- Délka ramene minimálně 240 cm
- Rotace ramene 360° kolem své osy

Náš přístroj takovým ramenem s těmito požadavky disponuje, vyjma jeho délky, která je 160 cm. Pro splnění nastavení laseru do požadované pozice/místa je délka 160 cm prokazatelně dostačující, stejně tak jako pro splnění požadovaného medicínského účelu. Lze doložit několik dalších výrobců frakčních ablačních CO2 laserů, kteří mají jako technické řešení rameno s délkou 150 až 160 cm, vhodné pro frakční laserovou ablaci jizev po popálení, a mohli by se tak zúčastnit veřejné zakázky.

DOTAZ: Akceptuje zadavatel délku ramene v rozmezí 150 až 160 cm za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu?

Odpověď 1:

Zadavatel na základě dotazu upraví tento parametr v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace s názvem „Technická specifikace - část 1 - Frakční ablační laser vysokoenergetický“.

Na základě této úpravy Zadávací dokumentace dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel