

Naše zn.: 2025/61899/FNBrno - 15.2.1 – Lu/Ru

V Brně dne 27. června 2025

VZMR – Ohřívací systém

E-ZAK sys. č.P25V00000314

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

Řídící jednotka - nastavení teploty v rozmezí 32 - 39 st. C

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ohřívací systém s nastavením teploty v rozmezí 33 - 39 st. C ?

Odpověď č. 1:

Zadavatel **bude** akceptovat nabídku na ohřívací systém s nastavením teploty v rozmezí 33 -39 st. C, za předpokladu splnění ostatních bodů technické specifikace.

Dotaz č. 2:

Vyhřívaná podložka - pro horní část těla s výřezem - rozměry 1500 x 500 mm

Bude zadavatel akceptovat nabídku na ohřívací systém s vyhřívanou přikrývkou o rozměrech 1800 x 400 mm avšak bez výřezu?

Odpověď č. 2:

Zadavatel nebude akceptovat nabízenou variantu přikrývky o rozměrech 1800 x 400 mm bez výřezu.

S pozdravem

Ing. Eva Rusňáková
obchodní oddělení FN Brno