

V Brně dne 1. 7. 2025

Naše zn.: 2025/62238/FNBBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení

Vážení,

zadavatel obdržel dne 26. 6. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – integrovaná čtečka čárových kódů, s možností čtení RFID čipů

Označení endoskopů čárovými kódy je ekvivalentní technologie pro identifikaci endoskopů technologie RFID. Vzájemné použití obou technologií se nevylučuje. Použití těchto technologií se liší pouze výrobcem. Součástí námi dodávaného řešení budou i RFID čipy k označení používaných endoskopů. Umožní tedy dodavatel dodání našeho technického řešení se čtečkou RFID čipů?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení.

Nově požadavek vztahující se k integrované čtečce zní:

- *integrovaná čtečka čárových kódů nebo RFID čipů*

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje v Část 5 - Sušicí a skladovací skříň na endoskopy - 1 ks – ovládání v českém jazyce

Veškeré běžně používané funkce a stavy uložených endoskopů jsou barevně signalizovány jak na dotykovém displeji, tak nad každým endoskopem, pro maximální zjednodušení běžného používání. Textové hlášení se tedy zobrazují minoritně a jsou velmi intuitivní. Nabízený typ sušicí a skladovací skříně je běžně používán na většině největších endoskopických pracovišť v ČR. Umožní zadavatel dodání námi nabízeného technického řešení s menu v anglickém jazyce?

Odpověď:

Zadavatel trvá na původním požadavku technické specifikace a nebude akceptovat navrhované řešení.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel