

V Brně dne 1. 7. 2025

Naše zn.: 2025/62499/FNBBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 6. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

Dobrý den,

v souvislosti s probíhající veřejnou zakázkou s názvem Endoskopické vybavení prosím o zodpovězení dodatečného dotazu týkající se části 3 - Endoskopická věž pro COS III a s ní související technickou specifikací.

Dotaz č. 1 - Monitor 2 ks

Zadavatel požaduje:

- vstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI
- výstupy min. 1 x DVI, 1 x SD/HD/3G-SDI

Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme monitor se vstupy 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x SDI (3G, HD, SD) a výstupy 1 x HDMI, 2 x SDI (3G, HD, SD), který bude plně kompatibilní s nabízeným systémem? Současně můžeme nabídnout 2x redukci HDMI/DVI.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhovanou variantu vstupních videokonektorů u zobrazovacích monitorů 2 x HDMI, 1 x DP, 2 x SDI (3G, HD, SD), avšak za předpokladu, že vstupy na monitorech budou plně kompatibilní s video-výstupy nabízené kamerové jednotky a současně budou splněny všechny další podmínky vyplývající z technické specifikace.

Zadavatel bude akceptovat navrhovanou variantu výstupních videokonektorů u zobrazovacích monitorů 1 x HDMI, 2 x SDI (3G, HD, SD), avšak za předpokladu splnění všech dalších podmínek vyplývajících z technické specifikace.

Dotaz č. 2 - Elektorchirurgický generátor 1 ks

Zadavatel požaduje:

sledování stavu kontaktu neutrální elektrody s tkání a s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody

Bude zadavatel akceptovat nabídku elektrochirurgického generátoru se sledováním stavu kontaktu neutrální elektrody s tkání a s nastavením typu neutrální elektrody obsluhou generátoru? Jedná se o alternativní technické řešení plnící stejný medicínský účel a to z bezpečnostních důvodů pro maximální bezpečnost provozu a ochrany pacienta.

Opověď:

Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace a nebude akceptovat variantu elektrochirurgického přístroje, kdy si uživatel musí manuálně zvolit typ neutrální elektrody na přístroji.

Dotaz č. 3 - Elektorchirurgický generátor 1 ks

Zadavatel požaduje u všech typů řezu a koagulace nastavení efektu (min. 3 stupně) a plynulé omezení výkonu po kroku 1 Watt

Dotaz: Na základě průzkumu z veřejně dostupných informací na portálu Registr zdravotnických prostředků dle stažených návodů elektrochirurgických generátorů většiny renomovaných značek jako Valleylab, Olympus splnění výše uvedeného požadavku v kombinaci s ostatními požadavky jako např: režim resekce ve fyziologickém roztoku, řez a koagulace v kapalině pro monopolár i bipolár (TUR) je u moderních elektrochirurgických generátorů využívajících nejnovější technologie, přednastavené programy a režimy v kombinaci s ergonomií obsluhy a bezpečnosti nespílitelné, protože některé režimy řezu a koagulace fungují na automatickém nebo skokovém nastavování, mají výrobcem nastavené minimální hodnoty výkonu či efekt účinku na tkáň obsažený v přednastavených hodnotách režimů (např.: bipolární resekce pro urologii), která je vyžadována ve specifikaci. Bude zadavatel akceptovat nabídku přístroje s některými typy řezu nebo koagulace, které fungují s automatickým nebo skokovým nastavením výkonu nebo bez nastavení efektu (tedy nelze nastavit výkon po kroku 1 W v celém rozsahu výkonu nebo nastavit efekt v min. 3 stupních)?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabízenou variantu elektrochirurgického přístroje s některými typy řezu nebo koagulace, které fungují s automatickým nebo skokovým nastavením výkonu nebo bez nastavení efektu (tj. nelze nastavit výkon po kroku 1 Watt v celém rozsahu výkonu nebo nastavit efekt v min. 3 stupních), avšak za předpokladu splnění všech dalších podmínek vyplývajících z technické specifikace

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel