

V Brně dne 10. 7. 2025

Naše zn.: 2025/65403/FNBčno - 14.7 - DrR/Sr

Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení

Vážení,

zadavatel obdržel dne 7. 7. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje v zadávací dokumentaci Elektrochirurgický generátor: automatická detekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením min. výkonu.

Bude zadavatel akceptovat nabídku elektrochirurgického generátoru splňujícího všechny ostatní požadavky zadavatele, který tuto funkcionalitu nemající vliv na plánovaný účel využití nepodporuje a nabízí alternativní způsoby nastavení požadovaných parametrů?

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď:

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem odstraní z technické specifikace požadavek na automatickou detekci bipolárního nástroje s automatickým nastavením min. výkonu.

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel