

V Brně dne 16. 7. 2025

Naše zn.: 2025/66774/FNBčno - 14.7 - DrR/Sr  
Vaše zn.:

## **Veřejná zakázka – Endoskopické vybavení**

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 7. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Endoskopické vybavení, ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz č. 1**

Zadavatel v technické specifikaci pro část 3, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace, požaduje, aby HF generátor disponoval bipolárním módem „resekce ve fyziologickém roztoku“. Dle našeho odborného názoru však tento mód nelze efektivně využít při minimálně požadovaném výkonu 200 W. Zároveň, pokud generátor není určen pro urologii nebo gynekologii, je tento mód nadbytečný, protože v jiných oborech nemá praktické využití a zbytečně navyšuje pořizovací cenu přístroje.

### **Žádáme proto o upřesnění:**

Bude Zadavatel akceptovat nabídku HF generátoru, který nedisponuje módem pro resekci ve fyziologickém roztoku, pokud splňuje všechny ostatní požadavky technické specifikace?

### **Odpověď:**

Zadavatel bude akceptovat elektrochirurgický generátor bez módu pro resekci ve fyziologickém roztoku, za předpokladu splnění všech dalších podmínek plynoucích z technické specifikace.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným dotazem odstraní z technické specifikace požadavek na resekci ve fyziologickém roztoku a dále požadavek na řez a koagulaci v kapalině pro monopolár i bipolár (TUR).

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA  
ředitel