

Naše zn.: 2025/66030/FNBrno- 14.7 – DrR/Du
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. 7. 2025

Veřejná zakázka MYČKY A DEZINFEKTORY

Dobrý den,

zadavatel obdržel dne 8. 7. 2025 dotazy, týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace - upřesnění technické specifikace - mycí a dezinfekční přístroj na lůžka:

Jakým způsobem bude zajištěn ohřev mycí vody? Obvykle bývá (s ohledem na elektrický příkon) řešeno parou.

Jakým způsobem bude zajištěn ohřev sušícího vzduchu? Obvykle bývá řešeno elektricky.

Jakým způsobem bude zajištěn ohřev vody v předehřívacích nádržích? Obvykle bývá řešeno parou.

Možné jsou i jiné kombinace a volba varianty má vliv na dimenze přívodů jednotlivých médií pro stavební připravenost.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje zajistit ohřev mycí vody a vody v předehřívacích nádržích parou. Dále Zadavatel požaduje zajistit ohřev sušícího vzduchu elektrickou energií.

Zadavatel zároveň upravuje požadavek na kapacitu parních dezinfektorů a to tak, aby umožňovaly současné uložení min. 10 matrací do jedné klece.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek a to o celou její původní délku, současně dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Kateřina Dujková, referent OPV, tel. 532 233 617, dujkova.katerina@fnbrno.cz