

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Úpravna vody a míchací systém pro dialýzu

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710
ID datové schránky: 4twn9vt

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zadávacího řízení je:

- dodávka úpravny vody a míchacího systému pro dialýzu (dále také „Zboží“) pro Interní gastroenterologickou kliniku (IGEK), pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno;
- dodávky spotřebního materiálu na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 10 let;
- poskytování pozáručních servisních služeb (dále také „Pozáruční servis“) na základě servisní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

39370000-6 Vodní instalace
33181100 Přístroje pro hemodialýzu
33692800-5 Dialyzační roztoky
50421000-2 Opravy a údržba zdravotnických přístrojů

Specifikace předmětu plnění:

Dodávka úpravny vody a míchacího systému pro dialýzu určená pro hemodialyzační středisko Interní gastroenterologické kliniky.

Dodávka Zboží bude včetně demontáže stávajícího vybavení, jeho odvozu na předem určené místo v rámci areálu nemocnice a montáže nového vybavení.

Dodávka a s ní související činnosti budou probíhat v etapách, a to v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 10 této zadávací dokumentace. Projektovou dokumentaci zpracovala pro zadavatele společnost MAREK+MLÉČKA ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Polívkova 682/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČO: 08685851.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části

III.

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které účastník prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních podmínek prokazuje účastník již ve své nabídce, a to **předložením prostých kopií požadovaných dokumentů**. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci. **Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží **výpis z Rejstříku trestů** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň její každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení v zemi svého sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) **potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) **písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) **písemné čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) **výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení**, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona **výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b), k) a l) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) **seznam min. 3 významných dodávek¹** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Minimální finanční objem každé z nich musí činit alespoň **2 000 000,- Kč** bez DPH.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona **popisy nebo fotografie** všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn., že zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků;

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona **doklad prokazující shodu požadovaného výrobku** v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích, příp. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, včetně uvedení klasifikační třídy. V případě, že účastník nedisponuje tímto dokladem v českém jazyce, je oprávněn jej předložit v anglickém jazyce.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadovanou zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv,

¹ Za dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka úpravny vody pro dialýzu

s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona, v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, v souladu s § 226 a násl. zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím systému certifikovaných dodavatelů

Účastník zadávacího řízení může prokázat kvalifikaci též předložením platného certifikátu vydaného v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. zákona.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) Podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) Nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) Nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje Zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje. Od technického parametru se však nelze odchýlit, pokud je specifikován maximální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr vyšší než je specifikovaná maximální hodnota), minimální hodnotou (tj. nabízené zboží nesmí mít daný technický parametr nižší než je specifikovaná minimální hodnota) nebo jako interval hodnot (tj. nabízené zboží musí mít daný technický parametr ve specifikovaném intervalu hodnot).

Pokud je v technické specifikaci užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost Zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Zboží

Technická specifikace požadovaného zboží je uvedena v **Příloze č. 1** zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí.

Požadované zboží musí splňovat požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií, které jsou přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky zpracuje blokové komunikační schéma (příklad viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace) a tabulku dle této přílohy zadávací dokumentace.

Požadavky související s instalací a zapojením dodávaného Zboží

Dodávka Zboží bude včetně demontáže stávajícího vybavení, jeho odvozu na předem určené místo v rámci areálu nemocnice a montáže nového vybavení.

Účastník je při výkonu všech činností povinen respektovat statický výpočet, který tvoří Přílohu č. 11 této zadávací dokumentace. Statický posudek pro zadavatele zpracoval Ing. Marek Dostál, se sídlem Mokrá 252, 664 04 Mokrá-Horákov, IČO: 70485224.

Omezení účastníků:

- účastník je při montáži přístroje a jeho příslušenství omezen nosností a konstrukcí stropu, které jsou vymezeny statickým výpočtem (Příloha č. 11)
- účastník je při manipulaci a stěhování přístroje a jeho příslušenství omezen konstrukcí budovy a jejím vybavením (např. světlostí otvorů, nosností podlah a jejich krytin atd.). Účastník má možnost během prohlídky místa plnění zkontrolovat navrženou manipulační trasu ve vztahu k manipulaci jednotlivých objemných dílů předmětu plnění.

Požadavek na rozmístění technologie a statické posouzení

Účastník je povinen předložit vlastní grafický kótovaný návrh technologického řešení a rozmístění technologie, materiálu, apod. včetně uvedení hmotností, přičemž ve svém návrhu:

- bude omezen hodnotami uvedenými ve statickém posudku
- bude omezen rozmístěním technologie, materiálu, apod. dle schématu na str. 6 Přílohy č. 11

V případě, že předložený grafický návrh technologického řešení nebude splňovat požadavky Zadavatele či omezení vyplývající ze statického posudku (výpočtu), bude Zadavatel oprávněn vyloučit účastníka ze zadávacího řízení.

Součást předmětu plnění:

- nutná součinnost s dodavatelem stavební části
- doprava a manipulace nového přístroje na místo montáže dle dopravní trasy uvedené v Příloze č. 10 D
- stěhování přístroje zajišťuje účastník na své náklady včetně úprav manipulačních otvorů, souvisejících konstrukcí, vedení kabeláže, potrubí atd. a jejich uvedení do původního stavu
- poškození vzniklá na majetku zadavatele při demontáži, montáži či manipulaci opraví dodavatel na své náklady před předáním předmětu plnění.

Spotřební materiál

Specifikace spotřebního materiálu je uvedena v **Příloze č. 8** zadávací dokumentace, v listu 'Spotřební materiál'.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že předpokládané množství uvedené v Příloze č. 8 představuje pomůcku pro stanovení nabídkové ceny a nebude závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. Zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší odběr.

V. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zdravotnický přístroj

Pokud bude prostřednictvím Zboží docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**GDPR**“) následující požadavky:

Zboží musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;
- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;
- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti.

Zboží musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;
- zajišťovat zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich integrity a dostupnosti;
- podporovat pseudonymizaci osobních údajů

Zboží musí být dodáno v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

Software:

Pokud bude prostřednictvím Software docházet ke zpracování osobních údajů, stanovuje zadavatel za účelem souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**GDPR**“) následující požadavky:

Software musí zadavateli umožňovat:

- dodržování zásad zpracování osobních údajů dle GDPR;
- výkon práv subjektů osobních údajů upravených v GDPR;
- provádět zabezpečení osobních údajů proti narušení jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti.

Software musí:

- zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu tohoto zpracování;
- zpracovávat osobní údaje pouze pseudonymizované.

Software musí být dodán v konfiguraci a s nastavením, které respektují požadavky záměrné a standardní ochrany osobních údajů stanovené v čl. 25 GDPR.

VI.

POSTUP ZADÁVÁNÍ, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Zadavatel uzavře s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena podle hodnoticího kritéria ekonomické výhodnosti jako nejvýhodnější, kupní smlouvu na Zboží, smlouvu na pozáruční servis a rámcovou kupní smlouvu na spotřební materiál.

Místem dodání spotřebního materiálu je Fakultní nemocnice Brno, Nemocniční lékárna, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány v termínu určeném na základě jednotlivých objednávek zadavatele.

Místem dodání požadovaného Zboží a poskytování pozáručního servisu je Interní gastroenterologická klinika, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno; přičemž dílčí práce (tj. demontáž, montáž) budou probíhat ve 4. a 6. nadzemním patře budovy L.

Dodávka Zboží a s ní související činnosti proběhnou na základě písemné výzvy zadavatele, a to nejdříve 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy. Zadavatel však vyzve účastníka k zahájení plnění minimálně 2 týdny předem. Předpokládaná doba zahájení plnění je 4. čtvrtletí roku 2025.

Etapy:

- vzhledem ke stavebním úpravám, zadavatel požaduje součinnost s dodavatelem stavební části
- stavební část bude probíhat v 6 etapách, přičemž vybraný dodavatel Zboží vstoupí až do 4. etapy (Příloha č. 10 zadávací dokumentace)

4. etapa (Příloha č. 10 A této zadávací dokumentace):

- bude instalována nová technologie úpravny vody. Její zapojení, sanitace a celkové zprovoznění proběhne dle stanoveného harmonogramu v návaznosti na přesně vymezený časový útlum medicínského provozu vázaného na chod stávající a následně nové úpravny vody.

5. etapa (Příloha č. 10 B této zadávací dokumentace):

- po zprovoznění nové úpravny vody proběhne demontáž a vystěhování odpojené původní technologie úpravny vody a veškerých technických rozvodů s ní souvisejících.

6. etapa (Příloha č. 10 C této zadávací dokumentace):

- budou provedeny veškeré instalace potřebné k provozu nové doplňované technologie míchání roztoků dle samostatného projektu dodavatele sestavy této technologie.
- bude instalována nová technologie míchání roztoků. Její zapojení, sanitace a celkové zprovoznění proběhne dle stanoveného harmonogramu v návaznosti na přesně vymezený časový útlum medicínského provozu.

Vybraný dodavatel bude při práci omezen provozem hemodializačního střediska:

- přepojení původní technologie na technologii novou musí být provedeno v rámci 24hodinové odstávky střediska
- instalace rozvodu roztoků a připojení míchacího systému musí být provedeno v rámci 24hodinové odstávky střediska, a to s četností 1 až 2krát týdně

VII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek a dodacích podmínek, jsou obsaženy ve vzorových textech rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy a smlouvy o poskytování pozáručního servisu, které jsou přiloženy jako Příloha č. 4, 5, 6 a 7 této zadávací dokumentace a jsou jejími nedílnými součástmi. Zadavatel požaduje, aby účastník využil vzorových textů smluv **bez jakýchkoliv změn**.

Účastník je **oprávněn a současně povinen vyplnit do návrhu smluv a příloh** zadavatelem vyznačené údaje a neoddělitelně ke smlouvám připojit přílohy.

Pro předloženou servisní smlouvu platí následující požadavky zadavatele:

- předložena ve znění uvedeném v příslušné příloze, a to bez jakýchkoli změn;
- do této smlouvy však účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje;
- do listu „Seznam přístrojů“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení ke každému servisovanému zařízení doplní následující údaje, přičemž **pro zařízení téhož typu, pro která budou mít sloupce B, C a I shodný obsah, postačí vyplnit pouze jeden řádek tabulky dle číslování ve sloupci A:**
 - do sloupců B a C specifikaci zařízení, pro které má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis, resp. uzavřena servisní smlouva;
 - do sloupce D počet kusů zařízení specifikovaného ve sloupcích B a C;
 - do sloupce I seznam všech servisních úkonů, které jsou pro zařízení předepsány jeho návodem k použití a platnými právními předpisy (např. BTK, elektrické revize, validace, ...); předvyplněný pokyn pro vyplnění tohoto pole účastník zadávacího řízení smaže;
- do listu „Kontaktní údaje“ přílohy č. 1 servisní smlouvy účastník zadávacího řízení **přehledně** doplní tam uvedené kontaktní na své servisní středisko, které je nejbližší k sídlu zadavatele, jakož i další tam uvedené údaje.

VIII. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky musí být v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- v případě, že je Zboží zdravotnickým prostředkem, účastník předloží doklad o splnění registrační povinnosti účastníka jakožto výrobce /zplnomocněného zástupce /dovozce /distributora zdravotnického prostředku, dle platných předpisů. V případě, že účastník tímto dokladem nedisponuje, předloží alespoň žádost o registraci do systému ISZP nebo RZPRO, jakožto distributor zdravotnického prostředku.
- v případě, že předmětem veřejné zakázky je i poskytování pozáručního servisu dle servisní smlouvy, účastník předloží čestné prohlášení nebo doklad o splnění registrační povinnosti účastníka poskytující servis, dle platných právních předpisů,
- uživatelský manuál k přístroji ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search,
- uživatelský manuál v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR, ve formátu .pdf s možností vyhledávat slova v textu funkcí Full-text search,
- uživatelský návod k SW, **pokud je součástí plnění samostatný SW.**
- návrhy smluv včetně příloh ve strojově čitelném formátu, **ve formátu *.docx** (pro účely zveřejnění v registru smluv),
- čestné prohlášení ke spotřebnímu materiálu pro použití v nemocničním provozu,
- příbalové letáky ke spotřebnímu materiálu,
- vyplněná příloha č. 8 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

- vyplněná příloha č. 9 – Čestné prohlášení,
- položkový rozpočet,
- grafický kótovaný návrh technologického řešení a rozmístění technologie, spotřebního materiálu, apod. včetně uvedení hmotností

Další požadavky zadavatele:

- zadavatel požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel nespadá pod tyto situace, prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, které je součástí jako Příloha č. 9 zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky účastníka v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele,
- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

IX.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

Účastník zadávacího řízení zpracuje nabídkovou cenu do tabulky uvedené v příloze č. 8 této zadávací dokumentace dle pokynů:

- **do listu „Pozáruční servis“ vyplní údaje pro určení celkových nákladů na 1 měsíc pozáručního servisu** (pro zařízení téhož typu, pro která budou mít sloupce B a D shodný obsah, postačí vyplnit pouze jeden řádek tabulky dle číslování ve sloupci A s tím, že do sloupce C se uvede počet takových zařízení):
 - do sloupce B specifikaci zařízení, pro která má být dle této zadávací dokumentace poskytován pozáruční servis;
 - do sloupce C počet kusů zařízení uvedených ve sloupci B;
 - do sloupce D seznam všech servisních úkonů, které jsou pro zařízení předepsány jeho návodem k použití a platnými právními předpisy (např. BTK, elektrické revize, validace, ...); předvyplněný pokyn pro vyplnění tohoto pole účastník zadávacího řízení smaže;
 - do sloupce E cenu za všechny servisní úkony včetně oprav zařízení, instruktaží a konzultací dle smlouvy, za uvedený počet kusů zařízení a za 1 měsíc trvání pozáručního servisu v Kč bez DPH;
- **do listu „Spotřební materiál“ vyplní údaje o spotřebním materiálu (tj. obchodní název, katalogové číslo, výrobce, kód ZP, GTIN atd.)**
 - cena za spotřební materiál bez DPH/ s DPH za 120 měsíců se spočte pomocí vzorců jako součin přepočteného počtu barelů na předpokládaný počet litrů a ceny za barel DPH/ s DPH;
- **do listu „Nabídková cena“ vyplní údaje o kupní ceně zboží a doplní další tam uvedené údaje.**

Nabídková cena se spočte pomocí vzorce jako součet kupní ceny Zboží bez DPH, ceny za předpokládaný odběr spotřebního materiálu za 10 let bez DPH a nákladů na 4 roky pozáručního servisu bez DPH a.

Účastník současně do nabídky (mimo tabulky) uvede cenu v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť pro 1 ks jednotlivých dílčích položek – komponent, ze kterých se nabízené Zboží skládá (položková cena).

X.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Michaela Stravová, DiS., referent OPV, Fakultní nemocnice Brno, e-mail: Stravova.Michaela@fnbrno.cz (viz též bod XIII. Komunikace mezi zadavatelem a účastníky).

XI.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena výhradně prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

V případě technických problémů při vkládání nabídky v elektronickém nástroji E-ZAK zadavatel doporučuje kontaktovat **QCM** - technickou podporu elektronického nástroje E-ZAK v pracovních dnech 8,00 -17,00 na tel. číslo + 420 538 702 719, případně e - mailem: podpora@ezak.cz.

Struktura nabídky:

- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. III této dokumentace,
- Doklady dle čl. VIII. této dokumentace včetně návrhů smluv s přílohami **ve formátu *.docx** (pro účely zveřejnění v registru smluv),
- Nabídková cena dle čl. IX. této dokumentace.

XII. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to tak, že budou seřazeny podle **nabídkové ceny bez DPH** od nejnižších po nejvyšší. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

XIII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro účastníky uskuteční **dne 31. 7. 2025 v 13,00 hodin**. Sraz účastníků bude **v 6. NP budovy L, Hemodialyzační středisko, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno**. Kontaktní osoba zadavatele pro účely prohlídky místa plnění: Bc. Renata Šťastná, tel.: +420 532232311.

Prohlídky místa plnění se mohou účastnit statutární zástupci účastníků nebo jejich zástupci (z kapacitních důvodů nejvýše dvě osoby za každého účastníka).

XIV. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky probíhá pouze elektronicky, a to za využití

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**,
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt,
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení

Při komunikaci všemi shora uvedenými způsoby vždy prosím uveďte název veřejné zakázky a jméno kontaktní osoby zadavatele.

XV. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- pokud u některé položky zboží – spotřebního materiálu zcela nebo zčásti hrazené z veřejného zdravotního pojištění Všeobecná zdravotní pojišťovna **sníží/ zvýší úhradové ceny předmětu plnění**, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku z rámcové kupní smlouvy spočívající ve **snížení/ zvýšení kupní ceny spotřebního materiálu**;
- v případě, že dojde **k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek** z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží – spotřebního materiálu, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku z rámcové kupní smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, a to za**

stejnou nebo nižší kupní cenu, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;

- v případě, že výrobce některé položky zboží – spotřebního materiálu, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, **uvede na trh novou verzi takové položky zboží**, která má stejné účelové určení a má stejné nebo lepší vlastnosti, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku z rámcové kupní smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu**, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;
- v případě, že **zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží – spotřebního materiálu**, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku z rámcové kupní smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky Zboží jinou položkou, a to za stejnou nebo nižší kupní cenu**, stejného účelového určení s vlastnostmi stejnými nebo lepšími, než jsou vlastnosti požadované v zadávacích podmínkách, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.
- v případě, že **průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok** zveřejněná Českým statistickým úřadem **bude vyšší nebo rovna 2 %** a současně poskytovatel pozáručního servisu do 15. 3. příslušného roku (**nejdříve však v roce 2028**) zadavateli písemně oznámí záměr zvýšit cenu za poskytování pozáručního servisu o inflaci, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy o poskytování pozáručního servisu spočívající ve **zvýšení ceny za servisní služby o tuto průměrnou roční míru inflace, nejvýše však o 5 %**;
- v případě, že **průměrná roční míra inflace za předchozí kalendářní rok** zveřejněná Českým statistickým úřadem **bude vyšší nebo rovna 2 %** a současně dodavatel spotřebního materiálu do 15. 3. příslušného roku (**nejdříve však v roce 2028**) zadavateli písemně oznámí záměr zvýšit cenu za dodávky spotřebního materiálu, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku z rámcové kupní smlouvy spočívající ve **zvýšení ceny za spotřební materiál o tuto průměrnou roční míru inflace, nejvýše však o 5 %**.

Zadavatel je oprávněn ve smyslu ustanovení § 100 odst. 2 zákona a § 222 odst. 10 zákona uzavřít novou smlouvu s jiným dodavatelem (resp. účastníkem zadávacího řízení) na veřejnou zakázku, a to za níže uvedených podmínek:

- V případě, že dojde k **jednostrannému ukončení smlouvy** uzavřené s vybraným dodavatelem, je zadavatel oprávněn **uzavřít novou smlouvu** s účastníkem, který se dle výsledku hodnocení **umístil v pořadí hned za dodavatelem, s nímž byla původně uzavřena smlouva** (tj. v původním hodnocení veřejné zakázky), pokud takový (nový) dodavatel bude souhlasit, že plnění veřejné zakázky bude poskytovat za podmínek obsažených ve své nabídce podané v zadávacím řízení na veřejnou zakázku a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky ve smyslu § 28 odst. 1 písm. b) zákona.
- Pokud účastník, který bude osloven zadavatelem za účelem uzavření nové smlouvy, **odmítne se zadavatelem uzavřít novou smlouvu a poskytovat tak plnění** namísto původně vybraného dodavatele, je zadavatel oprávněn **obrátit se na účastníka, který se umístil jako třetí**, resp. další v pořadí.
- V případě, že v rámci nově uzavřené smlouvy s novým dodavatelem dojde k jednostrannému ukončení smlouvy, je zadavatel oprávněn uzavřít novou smlouvu s dalším účastníkem v pořadí, a to za výše uvedených podmínek dle předchozích dvou odstavců.

XVI. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Je-li vybraný dodavatel českou právnickou osobou, zjistí zadavatel **údaje o jeho skutečném majiteli** z evidence údajů o skutečných majitelích podle § 122 odst. 5 zákona.

Je-li vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, bude zadavatel podle § 122 odst. 6 zákona požadovat předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence

- a) sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
 1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,,
 2. seznam akcionářů,
 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele.

- **je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží,**
- **který nepředložil požadované údaje nebo doklady.**

XVII.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

Místo:

- prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

Otevírání nabídek:

- otevírání nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

V Brně dne 16. 7. 2025

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 – Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií

Příloha č. 3 - Příklad blokového komunikačního schéma

Příloha č. 4 – Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 5 - Kupní smlouva

Příloha č. 6 – Servisní smlouva

Příloha č. 7 – Příloha č. 1 servisní smlouvy

Příloha č. 8 – Tabulka pro zpracování nabídkové ceny

Příloha č. 9 - Čestné prohlášení

Příloha č. 10 – Projektová dokumentace

A – 4. etapa

B – 5. etapa

C – 6. etapa

D – Dopravní trasa

Příloha č. 11 – Statický posudek

Příloha č. 12 - Rozbor pitné vody