

Lůžka pro spinální jednotku

Nemocniční lůžka

Počet kusů: 5

Technická specifikace

- Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52¹
- Min. 3-dílná ložná plocha
- Díly ložné plochy plastové kompaktní, odnímatelné
- Vnější rozměry max. 100 x 220 cm
- Bezpečné pracovní zatížení min. 270 kg
- Ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru min. v rozsahu 45 – 75 cm
- Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střížných sil při polohování
- Polohování jednotlivých dílů ložné plochy pomocí elektromotorů – min. zádová, stehenní část, Trendelenburg a anti Trendelenburg min. 12°
- Laterální náklon pomocí elektromotoru ($\pm 15^\circ$)
- Integrované prodloužení lůžka o min. 20 cm
- Mechanické spouštění zádového dílu (CPR)
- Hliníkové (či z jiného lehkého kovu, např. duralové), dělené spustitelné postranice aretovatelné min. ve 3 výškách, po celé délce ložné plochy
- Výška postranic min. 40 cm nad ložnou plochou
- Odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení
- Centrální sesterský ovládací panel s možností blokace jednotlivých funkcí a s přednastavenými důležitými polohami (min. CPR, kardiacké křeslo)
- Ruční patientský ovladač
- Centrální brzda
- Kolečka o průměru min. 125 mm, jedno kolečko aretační pro jízdu v přímém směru
- Integrovaný akumulátor umožňující polohování lůžka i bez připojení k el. síti
- Nárazová kolečka v rozích lůžka
- Pouzdra v rozích lůžka na infuzní stojan a hrazdu
- Univerzální lišty na příslušenství
- Napájení z el. sítě 230 V/50 Hz

Příslušenství (ke každému lůžku):

- Hrazda s madlem
- Infuzní stojan
- Držák močového sáčku

Pasivní antidekubitní matrace:

- Matrace určená pro použití ve zdravotnictví
- Vhodná pro pacienty do IV. stupně rizika vzniku dekubitů
- Matrace vyrobená z min. 2 typů pěn o různých vlastnostech
- Horní vrstva z viskoelastické pěny
- Spodní vrstva ze studené pěny
- Voděodolný, paropropustný, snímatelný potah se svařovanými švy a krytým zipem
- Nosnost min. 160 kg
- Výška matrace min. 14 cm
- Potah matrace vybaven transportními úchyty

¹ Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení