

Naše zn.: 2025/74759/FNBrno - 15.2.1 – Ma
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 8. 2025

VZMR Operační křeslo, E-ZAK ev.č. P25V00000382**Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace****Dotaz č. 1:**

Zadavatel v části Požadovaných technických parametrech přístroje požaduje:

„Nastavení výšky područek pomocí nožního pedálu“

Uchazeč nabídne:

„Nastavení výšky područek pomocí tlačítka na područkách, operátor může měnit výšku každé područky samostatně při současném neporušení sterility.“

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat toto nabízené řešení a nevyřadí uchazeče z výběrového řízení?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení nastavení výšky područek pomocí tlačítka na područkách.

S pozdravem

Lucie Malíková
Obchodní oddělení - úsek pořizování investic
tel. 532 232 848