

V Brně dne 7. 8. 2025

Naše zn.: 2025/74288/FNBrno - 14.7 - DrR/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Úpravna vody a míchací systém pro dialýzu

Vážení,

zadavatel obdržel dne 4. 8. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Úpravna vody a míchací systém pro dialýzu, ke kterým sděluje následující:

Dobrý den,
v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k VR „Úpravna vody a míchací zařízení pro dialýzu“

Dotaz č. 1

Uchazeč prostudoval zadávací dokumentaci včetně příloh a na základě svých dosavadních dlouholetých zkušeností s provozem hemodialyzačních středisek v České republice a na Slovensku a doporučení odborné veřejnosti si dovoluujeme upozornit, že se jedná o dvě samostatné funkční technologie, které nejsou technicky závislé a jejich kompatibilita není podmíněna jednotným výrobcem. Systém reverzní osmózy lze zcela standardně propojit se systémem centrálního míchání koncentrátů od jiného dodavatele bez jakéhokoliv dopadu na kvalitu či funkčnost výsledného řešení. Spojení těchto dvou komponent do jedné zakázky proto považujeme za účelové, netransparentní a diskriminační. Takto nastavené zadávací podmínky zbytečně omezují hospodářskou soutěž a mohou vést k vyloučení kvalifikovaných uchazečů.

V zájmu zachování transparentnosti a rovného přístupu Vás tímto žádáme o přehodnocení struktury veřejné zakázky a její rozdělení na dva samostatné celky – jeden pro **technologii reverzní osmózy** a druhý pro **centrální míchání koncentrátů**. Zadavatel by tímto rozšířil možnost hospodářské soutěže a umožnil účast širšímu okruhu dodavatelů.

Dotaz č. 2

V příloze č. 4 Rámcová kupní smlouva se v čl. IV. 2 uvádí, že Prodávající je povinen dodat Zboží dle Objednávky do 1 pracovního dne od jejího doručení Prodávajícímu, ledaže si smluvní strany dohodly rozvozný plán.

Dovolujeme si upozornit, že tento požadavek považujeme za neopodstatněný a účelový, neboť neodpovídá reálnému provoznímu chodu technologie, ani skutečným potřebám běžného provozu dialyzačního pracoviště.

Technologie centrálního míchání koncentrátů je standardně vybavena dvěma zásobníky pro konkrétní koncentrát, z nichž jeden slouží jako aktivní a druhý jako záložní. V případě vyčerpání koncentráту z prvního zásobníku je technologie automaticky schopna přejít na zásobování z druhého. Podle dlouhodobé zkušenosti uchazeče vydrží koncentrát v jednom zásobníku minimálně 7 dní provozu při běžném zatížení.

Požadavek na dodávku spotřebního materiálu do 1 dne je tak z pohledu funkce zařízení neodůvodněný a může mít diskriminační dopad na uchazeče, kteří nejsou schopni garantovat takto krátký logistický řetězec, přestože jsou jinak plně kvalifikovaní a schopní zajistit plynulý provoz.

Žádáme tímto o úpravu této podmínky a prodloužení lhůty pro dodání spotřebního materiálu do 4 dní, což plně odpovídá technologickému zajištění provozu i bezpečnostnímu standardu.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel zcela záměrně pořizuje současně obě technologie pro zajištění potřebných médií pro provoz hemodialyzačního střediska. Dodávku a instalaci systémů je nutné koordinovat se současně probíhajícími stavebními úpravami prostor technického zázemí, následně bude systém úpravny vody sloužit jako zdroj vody pro systém míchání roztoků. Zadavatel považuje za klíčové, aby byly servisní služby zajištěny jednou servisní organizací s jasně nastavenými podmínkami servisu, a to pro oba systémy včetně rozvodů vyrobených médií. Díky tomuto způsobu řešení bude rovněž možné efektivně řešit jakékoliv závady či provozní nedostatky jednotným způsobem, bez potřeby koordinace práce více dodavatelů. Zadavatel zároveň považuje tento přístup za nejvýhodnější řešení z pohledu minimalizace zcela nežádoucích odstávek provozu hemodialyzačního střediska.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na původním znění rámcové kupní smlouvy. V případě, že vybranému dodavateli (Prodávajícímu) nebude vyhovovat stanovený termín dodání Zboží, bude mít možnost si se zadavatelem (Kupujícím) následně dohodnout rozvozový plán, tak jak je uvedeno v Rámcové kupní smlouvě v čl. IV. Dodací podmínky.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel