

V Brně dne 12. 8. 2025

Naše zn.: 2025/75228/FNBčno - 14.7 - Dr/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Ultrazvukový přístroj pro RHK

Vážení,

zadavatel obdržel dne 7. 8. 2025 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Ultrazvukový přístroj pro RHK, ke kterému sděluje následující:

Vážená paní Stravová,

jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku si Vám dovoluujeme zaslat dotaz k zadávacím podmínkám zakázky.

V zadávací dokumentaci v části „Příloha č.1 **Technická specifikace**“ zadavatel mimo jiné požaduje:

- Lineární sonda typu hokejka minimální rozsah frekvencí 7-18 MHz – **1ks**

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat nabídku sestavy přístroje s lineární sondou typu hokejka o rozsahu frekvence 5 – 17 MHz?

Jedná o zanedbatelnou odchylku, která zcela jistě neovlivní celkový medicínský účel přístroje.

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat lineární sondu typu hokejka o rozsahu frekvence 5 – 17 MHz, avšak za předpokladu splnění ostatních požadavků technické specifikace.

Nově požadavek na tento typ sondy zní:

- Lineární sonda typu hokejka minimální rozsah frekvencí 7-17 MHz – **1ks**

Na základě této odpovědi bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel