

V Brně dne 12. 8. 2025

Naše zn.: 2025/75770/FNBBrno - 14.7 - Dr/Sr
Vaše zn.:

Veřejná zakázka – Ultrazvukový přístroj pro RHK

Vážení,

zadavatel obdržel dne 8. 8. 2025 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Ultrazvukový přístroj pro RHK, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v technických parametrech požadovaného ultrazvukového přístroje:

- Minimální frekvenční rozsah přístroje 1-20 MHz

Bude zadavatel akceptovat frekvenční rozsah přístroje 1,7 - 20 MHz?

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v technických parametrech požadovaného ultrazvukového přístroje:

- Konvexní sonda minimální rozsah frekvencí 1-5 MHz - 1 ks

Bude zadavatel akceptovat konvexní sondu s frekvenčním rozsahem 2 - 5 MHz, sondu o 192 krystalech?

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v technických parametrech požadovaného ultrazvukového přístroje:

- Lineární sonda minimální rozsah frekvencí 5-18 MHz, aktivní šíře min. 38 mm - 1ks

Bude zadavatel akceptovat lineární sondu s frekvenčním rozsahem 4 - 15 MHz?

Předem moc děkujeme za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel bude akceptovat frekvenční rozsah přístroje 1,7 – 20 MHz, avšak za předpokladu splnění ostatních požadavků technické specifikace.

Nově požadavek zní:

- Minimální frekvenční rozsah přístroje 1,7-20 MHz

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel bude akceptovat konvexní sondu s frekvenčním rozsahem 2 – 5 MHz, avšak za předpokladu splnění ostatních požadavků technické specifikace.

Nově požadavek na tento typ sondy zní:

- Konvexní sonda minimální rozsah frekvencí 2-5 MHz – **1 ks**

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel nebude akceptovat lineární sondu s frekvenčním rozsahem 4-15 MHz. Zadavatel vychází z Doporučených postupů České společnosti pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, a frekvenční rozsah této sondy považuje již za velkou odchylku. Zadavatel zároveň požaduje zachování stejných technických parametrů sond s ohledem na realizaci studií ve spolupráci s jinými klinikami či nemocnicemi.

Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel