

Naše zn.: 2025/ 77335 / FNBRNO -14.7 – DrR/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 8. 2025

Veřejná zakázka ORL UNIT s endoskopickou věží

Vážení,

zadavatel obdržel dne 12. 8. 2025 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sdělujeme následující:

Dotaz č. 1:

V části technické specifikace kamerová jednotka je uveden požadavek: „dotykový displej v českém jazyce“. Účastník by rád nabídl novější generaci kamerového procesoru, která namísto displeje využívá ovládání pomocí dotykových tlačítek. Tento způsob ovládání se v praxi ukazuje jako uživatelsky přívětivější a zároveň odolnější vůči účinkům dezinfekčních prostředků.

Otázka:

Bude Zadavatel akceptovat nabídku kamerového videoprocesoru ovládaného prostřednictvím dotykových tlačítek namísto dotykového displeje?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat i nabídku kamerového videoprocesoru ovládaného prostřednictvím dotykových tlačítek namísto dotykového displeje.

Na základě shora uvedeného zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní délku.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno