

Naše zn.: 2025/76434/FNBrno – 15.2.1 – Lu/Kou
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. srpna 2025

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je:

dodávka zdravotních antidekubitních a pasivních antidekubitních matrací pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 1a této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet ks
<u>Část č. 1</u>	<u>Pasivní antidekubitní matrace</u>	
položka č. 1	Matrace antidekubitní kompatibilní s lůžky Eleganza 4	100/4 roky
položka č. 2	Matrace antidekubitní kompatibilní s lůžky Eleganza 3XC	120/4 roky
<u>Část č. 2</u>	<u>Jednostranné zdravotní antidekubitní matrace</u>	
položka č. 1	matrace, rozměr 195 x 85 x14 cm	300/4 roky
položka č. 2	matrace, rozměr 195 x 85 x16 cm	300/4 roky

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na základě rámcové smlouvy **na dobu 4 let** a plnění bude probíhat formou dílčích objednávek na základě potřeb kupujícího.

Ze strany dodavatele nebude možno uplatnit sankce za nižší či vyšší odběr zboží a za případnou změnu termínu požadovaných dodávek.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro část č. 1 a č. 2

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- ve vzorovém textu rámcové kupní smlouvy – Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí **nabídky** dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce) – Příloha č. 4
- vlastní nabídka s popisem nabízeného zboží včetně doložení požadovaných Samostatných příloh a to prostou kopií dokumentů.
- doplněná Příloha č. 1 – Technická specifikace
- doplněná Příloha č. 3 – Položkový rozpočet
- doplněný návrh rámcové kupní smlouvy – Příloha č. 2
- podepsané ČP – Příloha č. 5

Zadavatel požaduje, aby každý účastník do 3. 9. 2025 do 12 hod. doručil vzorek výrobku (1 kus matrace s povlakem v uvedeném rozměru) po předchozí telefonické domluvě s paní Mgr. Kateřinou Opálkovou, MBA, tel.: 532 233 989 nebo paní Michaelou Přinesdomů, tel.: 532 233 988 na Centrální úpravnu lůžek, FN Brno, Jihlavská 20, Brno 625 00. **Předložení vzorku je podmínkou pro účast v této VZMR.** Zadavatel požaduje dodání vzorku s návodem v českém jazyce.

Případné změny na výrobku nebude hradit FN Brno.

- Po testování budou vzorky na vyzvání vráceny zpět dodavateli.
- Dodavatel si zajistí vlastní/osobní odběr testovaného vzorku.
- Vzorky budou označeny názvem uchazeče a číslem části zakázky.
- Vzorky povlaků budou testovány v ústavní prádelně, kde budou prány.

Povlak musí být vhodný pro praní v tunelové pračce při teplotě 40 °C s následným lisováním v hydraulickém odvodňovacím lisu – tlak 32 bar.

Sušení v parní sušičce prádla při teplotě 150 °C.

Celý proces praní a sušení trvá 1 hod.

■ Dále proběhne testování na Centrální sterilizaci, kde se budou vzorky matrací i povlaků dezinfikovat v parním dezinfekčním přístroji. Proces dezinfekce probíhá při teplotě 75 °C – 20 minut, vakuum 0,05 bar, provozní přetlak 0,5 bar, sušení 10 minut.

Celkový čas programu je 65 - 70 minut.

Testovat se bude cca 1 měsíc.

Hodnotit se bude vzhled a komfort vzorků: vhodnost materiálu, ušití, manipulace s matrací.

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Celková nabídková cena bude zpracována formou vyplněné tabulky - Příloha č. 3 (pro části, do kterých uchazeč podává nabídku - u ostatních částí uvede nulu).

Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK bez DPH a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, cla, složení, obaly apod. pro každou část zvlášť.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou bez DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE**

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „**Matrace**“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.

9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

10. ZADAVATEL SI VYHRÁZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

V případě shodných nabídkových cen si zadavatel vyhrazuje právo určit jako vítěze uchazeče, jehož nabídka byla vložena do systému EZAK dříve.

Považovat nabídku uchazeče **za závaznou po dobu 60 dnů**. Tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření smlouvy.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace pro části č. 1

Příloha č. 1a – Technická specifikace pro část č. 2

Příloha č. 2 – Rámcová kupní smlouva - návrh

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Krycí list

Příloha č. 5 - ČP o opatřeních k mezinárodním sankcím

Vyřizuje: Ing. Dana Koukalová, tel. 532 232 773

Příloha č. 1 a – Technická specifikace pro část č. 2

- Jednostranná zdravotní antidekubitní matrace pro pacienty se středním rizikem vzniku dekubitů
- Ve dvou rozměrech: 195 x 85 x 14 cm / 195 x 18 x 16 cm
- Materiál: studená pěna
- Jádru matrace profilované podélnými a příčnými prořezy do 5 anatomických zón
- Vyrobená z 1 kusu, bez slepených částí
- Nosnost min. 150 kg
- Hmotnost matrace max. 10 kg
- Snímatelný potah:
 - Vhodný pro použití ve zdravotnictví
 - Omyvatelný, voděodolný, paropropustný
 - Pratelný na min. 90 °C
 - S krytým zipem z min. 2 stran
 - Pružný v podélném i příčném směru